Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: March 2015

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.

Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

1. Before You Start **2**
1.1. Silk'n® FaceTite™ device description 2
1.2. Package contents 2
2. Silk'n® FaceTite™ Intended Use **3**
3. Safety with Silk'n® FaceTite™ **3**
4. Contraindications **3**
5. Do not use Silk'n® FaceTite™ **4**
6. Get Started! **5**
7. Treatment regimen **6**
7.1. Treatment Progress Per Zone 6
7.2. Treatment Procedure 7
7.3. Treatment zones 7
8. Maintenance of Silk'n® FaceTite™ **8**
8.1. Cleaning Silk'n® FaceTite™ 8
9. Troubleshooting **8**
10. Customer Service **9**
11. Specifications **9**
12. Labeling **78**

1. Before You Start

Before using Silk'n® FaceTite™ for the first time, please read this Instructions for Use booklet in its entirety, and watch the Silk'n® FaceTite ™ How to Use video.
Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this Instructions for Use booklet before each use of Silk'n® FaceTite™.
Silk'n® FaceTite™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n® FaceTite™

Keep away from children!

1.1 Silk'n® FaceTite™ device description

Silk'n® FaceTite™ is an anti-aging face treatment device which utilizes HT™ (Home Tightening) technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared Radiation (IR) that affects the upper layer of skin for improved skin texture, Red Light (LED) that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and focused Bi-Polar Radio Frequency energy (Bi-Polar RF) that penetrates deep into the subdermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction.

Silk'n® FaceTite has a TREATMENT SURFACE (1) with three ELECTRODES (2) and a CENTRAL BUTTON (3) with five surrounding INDICATOR LIGHTS (4) .



① TREATMENT SURFACE
② ELECTRODES
③ CENTRAL BUTTON
④ INDICATOR LIGHTS

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n® FaceTite™ package, you will find the following parts:

- Silk'n® FaceTite™ Device
- A tube of Slider Gel
- A power adaptor
- This Instruction for Use booklet
- A Quick Start Guide
- A beauty case

2. Silk'n® FaceTite™ Intended Use

Silk'n® FaceTite™ is intended for skin texture improvement and skin tightening, collagen restoration and wrinkle reduction. Silk'n® FaceTite™ is suitable for use on your cheeks, forehead, chin, neck and the area around your eyes.

Please note: Silk'n® FaceTite™ is intended both for self-treatment, and for the treatment of others.

3. Safety with Silk'n® FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ protects your skin

Silk'n® FaceTite™ comes with a unique built-in heat stabilizer designed to measure skin temperature and stabilize the emitted heat energy.

To prevent overheating, a unique built-in heat stabilizer inside the Silk'n® FaceTite™ measures the treated skin temperature during session. When a rise in the treated skin temperature is detected (42°C-43°C), the stabilizer will automatically stop emitting heat, until skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.

Note: Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting and during treatment!

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n® FaceTite™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n® domain.

- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have a Pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in your body.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have a permanent implant in the treated area such as metal plates and screws, silicone implants or an injected chemical substance.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you are pregnant or nursing.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area. If so you may treat only following a prophylactic regime.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you suffer from epilepsy
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.
- If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, and rash.
- Do not use Silk'n® FaceTite™ if you had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.

5. Do not use Silk'n® FaceTite™

With attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.

- If it has a damaged cord or plug.
- If you see or smell smoke when it is in use.
- If it is not working properly or if it appears damaged.
- If its THERMAL SENSOR is cracked, or broken.
- If the outer shell is cracked or is coming apart.
- While bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.

Warning: Keep Silk'n® FaceTite™ away from water! Do not place or store Silk'n® FaceTite™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.

6. Get Started!

1. Remove Silk'n® FaceTite™ DEVICE and other components from box.
2. Plug the POWER ADAPTOR cord into the Silk'n® FaceTite™ socket.
3. Plug the POWER ADAPTOR into an electrical outlet. All five indicator lights will cycle repeatedly one after the other.
4. The device is now in STANDBY mode and is ready to start.
5. Press the CENTRAL BUTTON. The device will turn on to energy level 1 automatically. One INDICATOR LIGHT will turn on.

Setting Energy Levels:

- Silk'n® FaceTite™ offers 5 levels of energy represented by 5 ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS.
- The selected energy level determines the intensity of Silk'n® FaceTite™ energy delivered to your skin.
- To set an energy level, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to move between energies, from 1 to 5 and back to 1.
- When the desired energy is set, the ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS will indicate the level chosen.
- To put FaceTite™ back in standby mode, hold the CENTRAL BUTTON until all five lights will cycle continuously.
- If you wish to change energy levels mid-treatment, press the button again. This will change the energy level on the spot and allow you to treat the same or different areas with different energy levels according to your preferences.

6. After setting the energy level for the treatment, spread a layer of Silk'n® Slider Gel over the area you intend to treat.

Please Note: Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Slider Gel!

7. Press the device to the designated skin area. You will feel a mild sensation of warmth. Move the device in gentle massage- like linear motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully.

Please Note: In order for the device to work properly, it must be firmly connected to the skin!

8. Immediately after treatment apply a facial lotion, moisturizer or mask.

7. Treatment regimen

First Treatment

Find the right energy level for each facial site:

- Start at Energy level 1 for a few minutes (see treatment instructions below)
- Raise the energy level gradually for a few minutes at each level
- Stop at the highest energy level that you are still comfortable with
- It is advisable to reach the highest energy for maximum clinical effect.



Further Treatments:

- Turn on and set to the last comfortable energy level setting
- Apply a thin layer of gel to the treatment facial area
- Repeat Twice A Week For 10 Weeks
- For maximum results - each treatment zone should be treated for at least 15 minutes per treatment.

7.1 Treatment Progress Per Zone



7.2 Treatment Procedure



7.3 Treatment Zones

1. FOREHEAD
including in-between brows
Tightening

2. RIGHT CHEEK
including around the eyes
Treat fine lines and Volume building

3. LEFT CHEEK
including around the eyes
Treat fine lines and Volume building

4. UPPER LIP
Including nasolabial fold
Tightening and Eliminating wrinkles

5. CHIN
Including jawline
Tightening and V-shaping

6. NECK
Smoothing



8. Maintenance of Silk'n® FaceTite™

Note: Always keep Silk'n® FaceTite™ stored in the beauty case that was delivered with it. Store Silk'n® FaceTite™ and the POWER ADAPTER in a cool, dry place, out of reach from children

8.1. Cleaning Silk'n® FaceTite™

- Unplug Silk'n® FaceTite™ before cleaning. After every treatment session, it is necessary to clean your Silk'n® FaceTite™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or hand drying napkins) to gently wipe the gel residue off the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n® FaceTite™ or any of its parts in water!

9. Troubleshooting

"My Silk'n® FaceTite™ does not start."

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the FaceTite™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

"Heat energy is not emitted and I don't feel any heat emitted from the device even though I pressed the CENTRAL BUTTON"

- Heat will not be emitted if the TREATMENT SURFACE is not connected to your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment.
- Heat will not be emitted from the TREATMENT SURFACE when not using Slider Gel, or previously applied Slider Gel has dried up. Apply Slider Gel to the area you intend to treat directly before treatment.
- Do not attempt to open or repair your Silk'n® FaceTite™ device. Only authorized Silk'n® personnel are permitted and able to perform repairs.
  Trying to open Silk'n® FaceTite™ will void your warranty and may also damage the device.
  Please contact Silk'n® Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.
- When Silk'n® FaceTite™ reaches its End of Life stage, the device is to be orderly disposed of. Deliver it to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.

10. Customer Service

For more information about Silk'n® products please enter your local Silk'n® website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

When you need help using Silk'n® products you can contact our customer service, they are always happy to help:
For the USA and Canada e-mail to info@silkn.com or call 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
For the Netherlands e-mail to klantenservicenl@silkn.eu or call : 0900-250 22 17
For Belgium e-mail to klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu or call 0900-2500 6
For France e-mail to serviceconsommateurfr@silkn.eu or call 0891-655 557
For Germany e-mail to Kundenservice@inno-essentials.de or call 089-51234423
For Spain e-mail to servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
For other countries e-mail to silkn@inno-essentials.com or call +31 (0)180-330 550

11. Specifications

Technology		HT™ Home Tightening™
Wavelength Red light		620nm±20nm;
Wavelength IR		850nm±20nm;
Radio Frequency		1 MHz ±30%; 12W max
Operation and Safety		Heat stabilizer preventing skin overheating
Package Size		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
System weight		125gr
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor Model		KSA24A1200150HE
Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Output		12Vdc; 1.5A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Print date: März 2015

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an deren Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und präzise angesehen. Die Home Skinovations Ltd. übernimmt allerdings keine Verantwortung für dessen Verwendung. Es wird weder stillschweigend, noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt.
Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd. reproduziert oder übertragen werden.
Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Home Skinovations Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz zu diesen Patenten, Handelsmarken, Urheberrechten oder sonstigen Rechte des geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. geregelt ist.
Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1. Bevor Sie starten *11*
1.1. Silk'n FaceTite™ Gerätebeschreibung *11*
1.2. Packungsinhalt *11*
2. Silk'n FaceTite™ Verwendungszweck *12*
3. Sicherheit mit Silk'n FaceTite™ *12*
4. Kontraindikationen *12*
5. Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht *13*
6. Legen Sie los! *14*
7. Behandlungsschema *15*
7.1. Behandlungsfortschritt pro Bereich *15*
7.2. Behandlungsverfahren *16*
7.3 Behandlungsbereiche *16*
8. Pflege des Silk'n FaceTite™ *17*
8.1. Reinigen des Silk'n FaceTite™ *17*
9. Fehlerbehebung *17*
10. Kundenberatung *18*
11. Spezifikationen *19*
12. Kennzeichnung *78*

1. Bevor Sie starten

Bevor Sie Silk'n FaceTite™ zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisungen vollständig durch und sehen Sie sich das Silk'n FaceTite™ Schulungs-Video an.
Achten Sie besonders auf Abschnitte über Anwendungsverfahren und Betrieb des Geräts sowie Verfahren nach der Verwendung.
Wir empfehlen Ihnen, sich vor einer jeden Anwendung des Silk'n FaceTite™ mit diesen Gebrauchsanweisungen erneut vertraut zu machen.
Silk'n FaceTite™ ist ein leistungsfähiges elektrisches Gerät. Als solches sollte es mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit verwendet werden.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Warnungen und Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen bei der Verwendung des Silk'n FaceTite™ strengstens

Von Kindern fernhalten!

1.1 Silk'n FaceTite™ Gerätebeschreibung

1.1 Silk'n FaceTite™ Gerätebeschreibung Diese Technologie verbindet drei Energiearten: Infrarotstrahlung (IR), welche auf die obere Hautschicht für eine verbesserte Hauttextur einwirkt, Niedrigenergie-Lasertherapie (LLLT), welche zur Verjüngung und Wiederherstellung von Kollagen in die Haut eindringt sowie konzentrierte Bipolare Radiofrequenzenergie (Bi-Polar RF), welche zur tiefen Gewebestraffung und Faltenreduktion tief in das Unterhautfett vordringt

Silk'n® FaceTite verfügt über eine BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE (1) mit drei ELEKTRODEN (2) und einer ZENTRALEN TASTE (3) mit fünf umliegenden ANZEIGELEUCHTEN (4)



① BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE
② ELEKTRODEN
③ ZENTRALEN TASTE
④ ANZEIGELEUCHTEN

1.2. Packungsinhalt

Bei Öffnen der Silk'n FaceTite™-Packung finden Sie die folgenden Teile:

- Gerät Silk'n® FaceTite™
- Eine Flasche Gleitgel
- Ein AC/DC Adapter mit Wandhalterung
- Diese Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Ein Beauty-Case

2. Silk'n FaceTite™ Verwendungszweck

Silk'n® FaceTite™ dient der Verbesserung der Hautstruktur und Straffung der Haut sowie der Wiederherstellung von Kollagen und Faltenreduktion. Silk'n® FaceTite™ ist für die Verwendung an Ihren Wangen, Ihrer Stirn, an Ihrem Kinn, Hals und dem Bereich um Ihre Augen geeignet.

Bitte beachten Sie: Silk'n® FaceTite™ ist sowohl zur Selbstbehandlung als auch für die Behandlung von anderen geeigne

3. Sicherheit mit Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ schützt Ihre Haut

Silk'nFaceTite™ ist mit einem einzigartigen integrierten, thermischen Sensor zur Messung der Hauttemperatur und Stabilisierung der ausgestrahlten Wärmeenergie ausgestattet. Zur Vermeidung von Überhitzung misst ein einzigartiger eingebauter Hitzestabilisierer im Innern des Silk'n FaceTite™ die während der Sitzung behandelte Hauttemperatur. Wird ein Anstieg der behandelten Hauttemperatur festgestellt (42 °C - 43 °C), beendet der Stabilisator automatisch das Aussenden von Wärme bis die Hauttemperatur weit genug sinkt, sodass der Stabilisator die Erwärmung wieder aufnehmen kann.

Hinweis: Versichern Sie sich dass das Gerät fest an Ihre Haut gedrückt ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen!

4. Kontraindikationen

Wichtige Sicherheitsinformationen – Vor Anwendung Lesen!

Silk'n FaceTite™ ist nicht für jedermann geeignet. Bitte lesen und beachten Sie vor der Anwendung die Informationen des folgenden Abschnitts. Für weitere Informationen und persönliche Beratung können Sie ebenfalls www.silkn.com oder Ihre lokale Silk'n™-Domäne besuchen.

- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie einen Schrittmacher oder internen Defibrillator oder ein sonstiges, aktives elektronisches Implantat im Körper tagen.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie in dem behandelten Bereich über ein permanentes Implantat wie Metallplatten und Schrauben, Silikonimplantate oder eine injizierte chemische Substanz verfügen.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie eine aktuelle Historie oder Erkrankung von Krebs oder prämaligne Leberflecke haben.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, wenn Sie innerhalb der letzten 3 Monate mittels Strahlentherapie oder Chemotherapie behandelt worden sind.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen .
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie über Historie von durch Hitze stimulierten Erkrankungen haben, wie immer wiederkehrender Herpes in dem Behandlungsbereich. Betrifft Sie einer der genannten Fälle, können Sie lediglich eine prophylaktische Anwendung vornehmen.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie an schlecht kontrollierten Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen leiden.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, wenn Sie an Epilepsie leiden
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie an einer Erkrankung bezüglich Lichtempfindlichkeit, wie Porphyrie, Polymorphe Lichteruption, Lichturtikaria, Lupus, etc. leiden.
- Falls Sie an einer sonstigen Erkrankung leiden, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.
- Wurde Ihre Haut innerhalb der letzten 6 Monate mit einem vom Arzt verschriebenen Medikament behandelt, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie an aktiven Erkrankungen im Behandlungsbereich wie Halsschmerzen, Schuppenflechte, Ekzeme und Ausschlag leiden.
- Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht, falls Sie innerhalb von 3 Monaten vor der Behandlung in dem behandelten Bereich operiert worden sind.

5. Verwenden Sie Silk'n FaceTite™ nicht:

Die Home Skinovations Ltd. empfiehlt keine Verwendung von Zusätzen oder Zubehör.

- Falls ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.
- Wenn Sie Rauch sehen oder riechen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Falls es nicht korrekt funktioniert oder beschädigt ist.
- Falls dessen THERMISCHER SENSOR gerissen oder defekt ist.
- Falls die Außenschale zerrissen ist oder auseinander fällt.
- Während des Badens oder falls das Gerät feucht oder nass wird. Ziehen Sie sofort den Stecker, falls das Gerät ins Wasser gefallen ist.

Warnung: Halten Sie Silk'n FaceTite™ fern von Wasser! Platzieren oder lagern Sie Silk'n FaceTite™ nicht an einem Ort, von dem es herunterfallen kann oder in eine Badewanne oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter gestoßen, platziert oder versenkt werden kann.

6. Legen Sie los!

1. Entnehmen Sie das GERÄT Silk'n FaceTite™ sowie die anderen Komponenten aus der Verpackung.
2. Stecken Sie das Kabel des AC/DC ADAPTERS in die Buchse des Silk'n FaceTite™.
3. Stecken Die den AC/DC ADAPTER in eine Steckdose. Alle fünf Anzeigeleuchten leuchten wiederholt eine nach der anderen auf.
4. Das Gerät befindet sich nun im STANDBY-Modus und ist startbereit.
5. Betätigen Sie die ZENTRALE TASTE. Das Gerät geht automatisch in den Energiebereich 1 über. Eine ANZEIGELEUCHTE schaltet sich ein.

Einstellung der Energiebereiche:

- Silk'n® FaceTite™ bietet 5 Energiebereiche, welche durch 5 ANZEIGELEUCHTEN DES ENERGIEBEREICHS dargestellt werden.
- Der ausgewählte Energiebereich bestimmt die Intensität der von Silk'n® FaceTite™ an Ihre Haut gelieferte Energie.
- Um einen Energiebereich festzulegen, betätigen Sie mehrfach die ZENTRALE TASTE, um zwischen den Energien auszuwählen, von 1 bis 5 und wieder zurück auf 1.
- Ist die gewünschte Energie eingestellt, zeigen die ANZEIGELEUCHTEN DES ENERGIEBEREICHS den ausgewählten Bereich an.
- Halten Sie die ZENTRALE TASTE gedrückt, um FaceTite™ zurück in den Standby-Modus zu setzen. Alle fünf Leuchten leuchten durchgehend auf.
- Möchten Sie während der Behandlung Energiebereiche ändern, betätigen Sie die Taste erneut. Dies verändert umgehend den Energiebereich-Modus und ermöglicht Ihnen die Behandlung derselben oder verschiedener Bereiche mit unterschiedlichen Energiebereichen entsprechend Ihrer Bedürfnisse

6. Sprühen Sie nach Einstellung des Energiebereichs für die Behandlung eine dünne Schicht des Silk'n Gleitgels auf den zu behandelnden Bereich.

Bitte beachten Sie! Gleitgel (oder jedes andere wasserbasierende klare Gel) ermöglicht eine sanfte Bewegung der Behandlungsoberfläche über die Haut sowie Leitfähigkeit Um eine sichere und effiziente Behandlung sicherzustellen, beginnen Sie stets mit dem Auftragen des Gleitgels!

7. Drücken Sie das Gerät auf den vorgesehenen Hautbereich. Sie werden ein sanftes Wärmegefühl verspüren. Bewegen Sie das Gerät sanft massierend - wie lineare Bewegungen auf dem Bereich, den Sie behandeln möchten. Gehen Sie dabei langsam und vorsichtig vor.

Bitte beachten Sie! Damit das Gerät angemessen arbeiten kann, muss es fest auf die Haut gedrückt **werden!**

8. Tragen Sie unverzüglich nach der Behandlung eine Gesichtslotion oder Gesichtsmaske auf.

7. Behandlungsschema

Erstbehandlung

Suchen Sie die richtige Energiestufe für jeden Bereich der Gesichtshaut:

- Beginnen Sie für ein paar Minuten mit Energiestufe 1 (siehe Behandlungsanleitung unten)
- Steigern Sie die Energiestufe langsam und bleiben Sie ein paar Minuten auf jeder Energiestufe.
- Bleiben Sie auf der höchsten, für Sie noch angenehmen Energiestufe.
- Für einen maximalen klinischen Effekt sollte die höchste Energiestufe gewählt werden.

Folgebehandlungen:



- Schalten Sie Silk'nFaceTite™ ein und wählen Sie die letzte komfortable Einstellung der Energiestufe.
- Geben Sie eine dünne Schicht Gel auf den zu behandelnden Gesichtsbereich.
- Wiederholen Sie dies zehn Wochen lang, zwei Mal wöchentlich.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte jeder Behandlungsbereich für mindestens 15 Minuten behandelt werden.

7.1 Behandlungsfortschritt pro Zone

7.2 Behandlungsverfahren



7.3 Behandlungsbereiche

1. STIRN
einschließlich zwischen den Augenbrauen
Festigung

2. RECHTE WANGE
einschließlich rund um die Augen
Behandlung feiner Fältchen und Volumenaufbau

3. LINKE WANGE
einschließlich rund um die Augen
Behandlung feiner Fältchen und Volumenaufbau

4. OBERLIPPE
Einschließlich Nasolabialfalte
Festigung und Eliminierung von Fältchen

5. KINN
einschließlich Unterkiefer
Festigung und V-Formung

6. HALS
Glätten



8. Pflege des Silk'n FaceTite™

Bewahren Sie Silk'n® FaceTite™ immer im Beauty-Case auf, in dem es geliefert wurde. Lagern Sie Silk'n® FaceTite™ und den STROMADAPTER an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

8.1. Reinigen des Silk'n FaceTite™

- Entfernen Sie Silk'n® FaceTite™ vor der Reinigung aus der Steckdose. Nach einer jeden Behandlungssitzung ist es notwendig, Ihr Silk'n® FaceTite™-Gerät und insbesondere die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE zu reinigen.
- Verwenden Sie saugfähiges Papier (wie Toilettenpapier oder Handtrockentücher) um die Gel-Rückstände behutsam von der BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE zu entfernen.
- Tauchen Sie Silk'n FaceTite™ ein jedes von dessen Teilen niemals in Wasser!

9. Fehlerbehebung

"Mein Silk'n FaceTite™ lässt sich nicht einschalten."

- Stellen Sie sicher, dass der NETZADAPTER korrekt mit dem FaceTite™-Gerät verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der NETZADAPTER in eine Wandsteckdose gesteckt ist.

"Es wird keine Wärmeenergie ausgestrahlt und Ich verspüre keinerlei von dem Gerät ausgehende Wärme, obwohl ich die ZENTRALE TASTE gedrückt habe"

- Es wird keine Wärme ausgestrahlt, wenn die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE nicht an Ihre Haut gedrückt ist. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung. Stellen Sie vor Beginn der Behandlung sicher, dass das Gerät fest auf Ihre Haut gedrückt ist.
- Es wird keine Wärme ausgestrahlt, wenn die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE nicht an Ihre Haut gedrückt ist und kein Gleitgel aufgetragen wurde oder bereits aufgetragenes Gleitgel ausgetrocknet ist. Tragen Sie unmittelbar vor der Behandlung Gleitgel auf die zu behandelnde Stelle auf.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n FaceTite™-Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur von Silk'n™ befugtes Personal ist dazu berechtigt, Reparaturen durchzuführen.

- Der Versuch, Silk'n FaceTite™ zu öffnen, kann außerdem das Gerät beschädigen und führt zur Ungültigkeit der Garantie.
- Bitte setzen Sie sich mit der Kundenberatung von Silk'n™ in Verbindung, falls Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät haben, welches eine Reparatur benötigt.
- Erreicht Silk'n FaceTite™ das Ende seines Lebenszyklus, muss das Gerät angemessen entsorgt werden. Geben Sie es zur sicheren und effizienten Entsorgung an dem nächstgelegenen Sammelpunkt für Elektronikabfälle ab.

10. Kundenberatung

Begeben Sie sich für weitere Informationen über Produkte von Silk'n™ auf Ihre lokale Webseite von Silk'n™, www.silkn.eu oder www.silkn.com.

Falls Sie bei der Verwendung der Silk'n® Produkte Hilfe brauchen, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden. Unsere Mitarbeiter freuen sich, Ihnen behilflich zu sein:

In den USA und Kanada senden Sie eine E-Mail an info@silkn.com oder rufen Sie an unter 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)

In den Niederlanden senden Sie eine E-Mail an klantenservicenl@silkn.eu oder rufen Sie an unter : 0900-250 22 17

In Belgien senden Sie eine E-Mail an klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu oder rufen Sie an unter 0900-2500 6

In Frankreich senden Sie eine E-Mail an serviceconsommateurfr@silkn.eu oder rufen Sie an unter 0891-655 557

In Deutschland senden Sie eine E-Mail an Kundenservice@inno-essentials.de oder rufen Sie an unter 089-51234423

In Spanien senden Sie eine E-Mail an servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200

In anderen Ländern senden Sie eine E-Mail an silkn@inno-essentials.com oder rufen Sie an unter +31 (0)180-330 550

11. Specifications

Technologie		HT™
Wellenlänge Rotlicht		620nm±20nm;
Wellenlänge IR		850nm±20nm;
Radiofrequenz		1 MHz ±30%; 12W max
Betrieb und Sicherheit		Hitzestabilisator beugt Überhitzung der Haut vor
Packungsgröße		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
Systemgewicht		125gr
Temperatur	Betrieb	10 °C bis 35 °C
	Aufbewahrung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rH
	Aufbewahrung	10 bis 90 % rH
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Aufbewahrung	500 bis 1060 hPa
Adapter		Modell: KSA24A1200150HE
Nenn-		100-240 V; 50-60 Hz; 0.5 A
leistung		12 Vdc; 1.5 A

Copyright 2008 © Home Skinovations Ltd. Всички права запазени.
Дата на отпечатване: Март 2015

Home Skinovations Ltd. си запазва правото да променя своите продукти или технически характеристики с цел подобряване на производителността, надеждността или технологичността. Информация, предоставена от Home Skinovations Ltd. Счита се, че е точна и надеждна към момента на публикуване. Въпреки това Home Skinovations Ltd. не поема никаква отговорност за употребата му. Никакви лицензи не се издават вследствие на това или по друг начин при какъвто и да е патент или патентни права на Home Skinovations Ltd.
Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd.
Данните подлежат на промяна без уведомяване.
Home Skinovations Ltd. разполага с патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на настоящия документ. Предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен в случаите, изрично предвидени в някое писмено съгласие от Home Skinovations Ltd.
Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Съдържание

1. Преди да започнете 21
1.1 Описание на уреда Silk'n FaceTite™ 21
1.2. Съдържание на опаковката 21
2. Предназначение на Silk'n FaceTite™ 22
3. Безопасност със Silk'n FaceTite™ 22
4. Противопоказания 22
5. Не използвайте Silk'n FaceTite™ 23
6. Да започнем! 24
7. Режим на третиране 25
7.1. Процес на третиране на зона 25
7.2 Третираща процедура 26
7.3 Третиращи зони 26
8. Поддръжка на Silk'n FaceTite™ 27
8.1. Почистване на Silk'n FaceTite™ 27
9. Откриване и отстраняване на неизправности 27
10. Обслужване на клиенти 28
11. Технически характеристики 29
12. Етикетиране 78

1. Преди да започнете

Преди да използвате Silk'n FaceTite™ за първи път, моля, прочетете изцяло тази брошура с инструкции за употреба и гледайте видео обучението на Silk'n FaceTite™.
Обърнете особено внимание на разделите за процедурите за използване на уреда, работата му и процедурите, които са необходими след употреба.
Нашата препоръка е да преглеждате отново настоящата брошура с инструкции за употреба преди всяко използване на Silk'n FaceTite™.
Silk'n FaceTite™ е мощно електрическо устройство. Поради това следва да се използва с особено внимание към безопасността.
Преди употреба прочетете всички предупреждения и свързани с безопасността предпазни мерки, и ги спазвайте стриктно, когато използвате Silk'n FaceTite™

Съхранявайте на места, недостъпни за деца!

1.1 Описание на уреда Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ е устройство за третиране на лицето против стареене, което използва технологията HT™. Тази технология съчетава три вида енергия: Инфрачервено лъчение (IR), което влияе на горния слой на кожата за подобряване на текстурата на кожата, нискочестотна лазерна терапия (LLLT), която достига в дермата за подмладяване и възстановяване на колагена, както и фокусирана радиочестотна биполярна електродна енергия (Bi-Polar RF), която прониква дълбоко в подкожната мазнина за дълбоко стягане на тъканта и намаляване на бръчките

Silk'n® FaceTite има ТРЕТИРАЩА ПОВЪРХНОСТ (1) с три ЕЛЕКТРОДА (2) и ЦЕНТРАЛЕН БУТОН (3) с пет СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРА (4) наоколо



① ТРЕТИРАЩА ПОВЪРХНОСТ
② ЕЛЕКТРОДА
③ ЦЕНТРАЛЕН БУТОН
④ СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРА

1.2 Съдържание на опаковката

При отваряне на опаковката на Silk'n FaceTite™ ще намерите следните части:

- Устройство Silk'n® FaceTite™;
- Бутилка с гел за по-лесно плъзгане;
- AC/DC адаптер за монтиране на стена;
- Настоящата брошура с инструкции за употреба;
- Бърз справочник
- Козметична чанта

2. Предназначение на Silk’n FaceTite™

Silk’n® FaceTite™ е предназначен за подобряване на кожната текстура и стягане на кожата, възстановяване на колагена и намаляване на бръчките. Silk’n® FaceTite™ е подходящ за употреба върху бузите, челото, брадичката, шията и околоочния контур.

Моля, имайте предвид: Silk’n® FaceTite™ е предназначен както за самостоятелно третиране, така и за третирането на други

3. Безопасност със Silk’n FaceTite™

Silk’n FaceTite™ защитава вашата кожа

Silk’nFaceTite™ включва уникален вграден топлинен стабилизатор, предназначен да измерва температурата на кожата и да стабилизира излъчваната топлинна енергия.

За да се предотврати прегряване, температурата на третираната кожа по време на сесията се измерва с уникален вграден топлинен стабилизатор във вътрешността на Silk’n FaceTite™ . Като бъде засечено повишаване на температурата на третираната кожа (42°C-43°C), стабилизаторът автоматично ще спре излъчваната топлина, докато температурата на кожата намалее достатъчно, така че стабилизаторът да възобнови нагряването.

Забележка: Уверете се, че устройството е плътно притиснато към кожата ви преди да започнете третирането!

4. Противопоказания

Важна информация за безопасност - прочетете преди употреба!

Silk’n FaceTite™ не е предназначен за всеки един от нас. Моля, прочетете и имайте предвид информацията в следващия раздел преди употреба. За допълнителна информация и личен съвет, можете да посетите и www.silkn.com или вашия местен домейн на Silk’n™.

- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор, или някакъв друг активен електрически имплант някъде в тялото.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате постоянен имплант в третираната зона, като например метални пластини и винтове, силиконови импланти или инжектирано химическо вещество.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате настоящо заболяване или състояние на рак, или премалигнени бенки.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако сте били подлагани на лъчева терапия или химиотерапия през последните 3 месеца.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако сте бременна или кърмите.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате предишни заболявания, стимулирани от топлина, като повтарящ се херпес симплекс (Herpes Simplex) в третираната област. Ако е така, може да третирате само след преминаване на профилактичен режим.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако страдате от недобре контролирани ендокринни нарушения, като диабет и заболявания на щитовидната жлеза.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако страдате от епилепсия
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като например порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и др.
- Ако сте изпадали в други състояния, които от гледна точка на вашия лекар биха попречили на безопасността ви при третиране.
- Моля, консултирайте се с вашия лекар, ако кожата ви е била третирана с предписани от него лекарствени средства през последните 6 месеца.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако имате някакво активно състояние в зоната на третиране, като рани, псориазис, екзема и обрив.
- Не използвайте Silk'n FaceTite™, ако сте имали някаква операция в третираната зона в рамките на 3 месеца преди третирането.

5. Не използвайте Silk'n FaceTite™:

С приставки и аксесоари, които не се препоръчват от Home Skinovations Ltd.

- Ако има повреден кабел или щепсел.
- Ако виждате или подушвате дим по време на употреба.
- Ако не работи нормално или изглежда повреден.
- Ако ТОПЛИННИЯТ СЕНЗОР е пукнат или счупен.
- Ако външният корпус е пукнат или се отделя.
- По време на къпане или ако сте влажни или мокри. Незабавно изключете, ако е паднал във вода.

Внимание: Пазете Silk'n FaceTite™ далеч от вода! Не поставяйте и не съхранявайте Silk'n FaceTite™ на места, от които може да падне, да бъде бутнат или да попадне във вана, мивка или друг съд съд с вода.

6. Да започнем!

1. Извадете УСТРОЙСТВОТО Silk'n FaceTite™ и другите компоненти от кутията.
2. Включете кабела на AC/DC АДАПТЕРА в гнездото на Silk'n FaceTite™.
3. Включете AC/DC АДАПТЕРА в електрически контакт. Всички пет индикаторни светлини ще изпълняват многократни цикли една след друга.
4. Устройството сега е в режим на готовност и може да стартира.
5. Натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Устройството автоматично ще се включи към енергийно ниво 1. Един СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ще се включи.

Настройка на енергийни нива:

- Silk'n® FaceTiteSilk'n® FaceTite™ предлага 5 енергийни нива, представени от 5 СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ НИВА.
- Избраното енергийно ниво определя интензивността на енергията, която Silk'n® FaceTite™ подава към вашата кожа.
- За да зададете енергийно ниво, натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН неколкократно, за да се придвижите между енергиите от 1 до 5 и обратно до 1.
- Когато бъде зададена желаната енергия, СВЕТЛИННИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ НИВА ще покажат избраното ниво.
- За да върнете FaceTite™ отново в режим на готовност, натиснете продължително ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Всичките пет светлини ще светят непрекъснато.
- Ако желаете да промените енергийните нива по време на третирането, натиснете бутона отново. Това ще се промени режима на енергийното ниво на мястото и ще ви позволи да третирате едни и същи или различни зони с различни енергийни нива в зависимост от вашите нужди

6. След задаване на енергийното ниво за третирането, нанесете тънък слой от гела на Silk'n за по-лесно плъзгане върху зоната, която възнамерявате да третирате.

Моля, имайте предвид: Гелът за по-лесно плъзгане (или всякакъв друг чист гел на водна основа) улеснява гладкото движение на третиращата повърхност върху кожата и позволява проводимост. За да осигурите безопасно и ефективно третиране, винаги започвайте с нанасянето на гела за по-лесно плъзгане!

7. Притиснете устройството към определената зона на кожата. Ще почувствате лека топлина. Местете устройството с нежни масажиращи линейни движения върху зоната, която желаете да третирате. Напредвайте бавно и внимателно.

Моля, имайте предвид: За да може устройството да работи правилно, то трябва да бъде здраво притиснато към кожата!

8. Веднага след третирането нанесете лосион или маска за лице.

7. Режим на третиране

Първо третиране

Намерете точното енергийно ниво за всяка страна на лицето:

- Започнете на Енергийно ниво 1 за няколко минути (виж указанията за третиране по-долу)
- Повишавайте енергийното ниво постепенно за няколко минути на всяко ниво
- Спрете на най-високото енергийно ниво, на което все пак се чувствате удобно.
- Препоръчително е да се достигне най-високата сила за максимален клиничен ефект.

Последващо третиране:



- Включете и задайте настройката на последното енергийно ниво, при което сте се чувствали удобно
- Нанесете тънък слой гел върху третираната зона на лицето
- Повтаряйте два пъти седмично в продължение на 10 седмици
- За максимални резултати - всяка третирана зона трябва да бъде обработвана в продължение най-малко на 15 минути на всяко третиране.

7.1 Процес на третиране на зона

15 МИНУТИ ТРЕТИРАНЕ
ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

7.2 Третираща процедура



7.3 Третирани зони

1. ЧЕЛО
включително зоната между веждите
Стягане

2. ДЯСНА БУЗА
включително зоната около очите
Третирайте финитe линии и изграждането на обем

3. ЛЯВА БУЗА
включително зоната около очите
Третирайте финитe линии и изграждането на обем

4. ГОРНА УСТНА
Включително назолабиалната гънка
Стягане и премахване на бръчки

5. БРАДИЧКА
включително очертанието на долната челюст
Стягане и V-оформяне

6. ШИЯ
Изглаждане



8. Поддръжка на Silk'n FaceTite™

Винаги съхранявайте Silk'n® FaceTite™ в козметичната чантичка, която е доставена с него. Съхранявайте Silk'n® FaceTite™ и ЗАХРАНВАЩИЯ АДАПТЕР на хладно и сухо място, недостъпно за деца.

8.1. Почистване на Silk'n FaceTite™

- Преди да пристъпите към почистване, извадете щепсела на Silk'n® FaceTite™. Препоръчва се след всяко третиране да почиствате своя уред Silk'n® FaceTite™ и особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.
- Използвайте попивателна хартия (като например тоалетна хартия или салфетки за бърсане на ръце), за да избършете внимателно остатъка от гел от ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.
- Никога не потапяйте във вода Silk'n FaceTite™ или някоя от неговите части!

9. Откриване и отстраняване на неизправности

„Моят Silk'n FaceTite™ не стартира."

- Проверете дали ЗАХРАНВАЩИЯТ АДАПТЕР е свързан правилно с уреда FaceTite™.
- Проверете дали ЗАХРАНВАЩИЯТ АДАПТЕР е включен в електрически контакт на стената.

„Не се излъчва топлинна енергия и не чувствам никаква топлина, излъчвана от устройството, въпреки че натискам ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН"

- Няма да се излъчи топлината, ако ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ не е притисната към кожата. Това е характеристика за безопасност. Уверете се, че устройството е плътно притиснато към кожата ви преди да започнете третирането.
- ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ няма да отделя топлина, ако не се използва гел за по-лесно плъзгане или поставен по-рано гел е засъхнал. Нанесете гел за по-лесно плъзгане върху зоната, която възнамерявате да третирате непосредствено преди самото третиране.
- Не правете опити да отваряте или ремонтирате своя уред Silk'n FaceTite™. Само упълномощени служители на Silk'n™ могат да извършват ремонт.
  Опитът за отваряне на Silk'n FaceTite™ може също така да повреди уреда и ще анулира вашата гаранция.

- Ако уредът ви се счупи или повреди и има нужда от ремонт, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ на Silk'n™.
- Когато Silk'n FaceTite™ достигне края на своя жизнен стадий, устройството трябва да бъде надлежно изхвърлено. Предайте го в най-близкия пункт за събиране на електронни битови отпадъци за безопасно и ефикасно депониране.

10. Обслужване на клиенти

За повече информация относно продуктите Silk'n™ влезте в местния уебсайт на Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.
Ако имате нужда от помощ при употребата на продуктите на Silk'n®, можете да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, откъдето с удоволствие ще Ви помогнат:
За САЩ и Канада изпратете имейл на адрес info@silkn.com или се обадете на 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
За Холандия изпратете имейл на адрес klantenservicenl@silkn.eu или се обадете на: 0900-250 22 17
За Белгия изпратете имейл на адрес klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu или се обадете на 0900-2500 6
За Франция изпратете имейл на адрес serviceconsommateurfr@silkn.eu или се обадете на 0891-655 557
За Германия изпратете имейл на адрес Kundenservice@inno-essentials.de или се обадете на 089-51234423
За Испания изпратете имейл на адрес servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
За други страни изпратете имейл на адрес silkn@inno-essentials.com или се обадете на +31 (0)180-330 550

11. Технически характеристики

Технология		HT™
Дължина на вълната на червената светлина		620nm±20nm;
Дължина на инфрачервената вълна		850nm±20nm;
Радиочестота		1 MHz ±30%; макс. 12W
Работа и безопасност		Топлинният стабилизатор предпазва кожата от прегряване
Големина на опаковката		16,6 см x 45,5 см x 30,2 см
Тегло на системата		125 гр
Температура	Използване	10°C до 35°C
	Съхранение	-40 до +70°C
Относителна влажност	Използване	30 до 75% rH
	Съхранение	10 до 90% rH
Атмосферно налягане	Използване	700 до 1 060 hPa
	Съхранение	500 до 1 060 hPa
Адаптер		Модел: KSA24A1200150HE
Номинално		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
Изход		12Vdc; 1,5A

Copyright 2008 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.
Nyomtatás dátuma: március 2015

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot, hogy a termékeit, vagy előírásait módosítsa, a teljesítmény, a megbízhatóság, vagy a gyárthatóság miatt. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a kiadás időpontjában helyesek, és megbízhatóak. Viszont a Home Skinovations Ltd. nem vállal felelősséget annak használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt, vagy szabadalmi jogot.
A Home Skinovations Ltd. előzetes írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmiféle elektronikus vagy mechanikus módszerrel.
Az adatok előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
A Home Skinovations Ltd. rendelkezik szabadalmakkal, és vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogosultságai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek ebben a dokumentumban benne foglaltatnak.
A jelen dokumetum átadása nem biztosít semmi nemű szabadalmi, védjegybeli jogot, szerzői jogosultságot, vagy más szellemi tulajdonjogot, kivéve ha, ahhoz a Home Skinovations Ltd. írásban engedélyt adott.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Tartalomjegyzék

1. A készülék használata előtt 31
1.1 Silk'n FaceTite™ eszköz leírása 31
1.2 A csomag tartalma 31
2. Silk'n FaceTite™ rendeltetési célja 32
3. A Silk'n FaceTite™ készülékkel kapcsolatos biztonsági információk 32
4. Ellenjavallatok 32
5. Ne használja a Silk'n FaceTite™-t 33
6. Kezdjük el! 34
7. Kezelési rend 35
7.1. Kezelési folyamat zónánként 35
7.2 Kezelési folyamat 35
7.3 Kezelési zónák 36
8. A Silk'n FaceTite™ karbantartása 37
8.1. A Silk'n FaceTite™ karbantartása 37
9. Hibaelhárítás 37
10. Ügyfélszolgálat 38
11. Műszaki adatok 39
12. Cimkézés 78

1. A készülék használata előtt

A Silk'n FaceTite™ első használata előtt kérem olvassa el teljes egészében ezen használati útmutatót, és nézze meg a Silk'n FaceTite™ oktató videót.
Szenteljen különös figyelmet az eszköz használatára, működtetésére és a használatot követő eljárásokra vonatkozó fejezetekre.
Azt javasoljuk, hogy a Silk'n FaceTite™ minden használata előtt nézze át újra a Felhasználói Kézikönyvet.
A Silk'n FaceTite™ egy hathatós elektronikai eszköz. Minden ilyennél különösen szem előtt kell tartani a biztonságot.
Kérjük, használat előtt olvassa el a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket és mindig tartsa be azokat a Silk'n FaceTite™ használatakor

Gyermekektől elzárva tartandó!

1.1 Silk'n FaceTite™ eszköz leírása

A Silk'n FaceTite™ egy öregedés gátló arckezelő készülék, amely HT™ technológiát használ. A technológia három fajta energiát egyesít magába. Az infravörös sugárzás (IR), mely a bőr felső rétegére van hatással, a bőrszövetek megújításához, alacsony szintű lézer terápia (LLLT), mely eléri a bőrszövetet, és fiatalítja, valamint a kollagén pedig helyreállítja azt, továbbá a bi-polár rádió frekvenciás energia (Bi-Polar RF), amely mélyen behatol a bőr alatt zsírszövetbe, a mély-szövet feszesítéséhez, és a ránc csökkentéshez.

A Silk'n® FaceTite készüléknek van egy KEZELŐ FELÜLETE (1) három ELEKTRÓDÁVAL (2) és a KÖZPONTI GOMBBAL (3), és öt körülöttük lévő JELZŐFÉNNYEL (4)



① KEZELŐ FELÜLETE
② ELEKTRÓDÁVAL
③ KÖZPONTI GOMBBAL
④ JELZŐFÉNNYEL

1.2. A csomag tartalma

A Silk'n FaceTite™ csomagjában az alábbi alkatrészeket találja:

- Silk'n® FaceTite™ eszköz
- Egy üveg sikosító gél
- AC/DC fali adaptor
- Ez egy használati útmutató füzet
- Rövid útmutató
- Szépségápoló tok

2. A Silk'n FaceTite™ rendeltetésszerű használata

A Silk'n® FaceTite™ a bőrszövetet javítja, valamint feszesíti a bőrt, a kollagén helyreállítja azt, és csökkenti a ráncokat. A Silk'n® FaceTite™ az arcon, a homlokon, az állon, a nyakon és a szem körüli területeken használható.

Kérjük, vegye figyelembe: A Silk'n® FaceTite™ használatos önálló kezelésként, és más kezelésekkel együtt.

3. A Silk'n FaceTite™-re vonatkozó biztonság

A Silk'n FaceTite™ védi a bőrét

A Silk'nFaceTite™ készülékhez tartozik egy egyedülálló beépített hőstabilizáló, amelyet a bőr hőmérsékletének mérésére, és a kibocsátott hőenergia stabilizálásra terveztek.

A túlmelegedés megelőzéséhez egy egyedi, beépített hő stabilizátor van a Silk'n FaceTite™ készülék belsejében, és a kezelés közben méri a bőr hőmérsékletét. Amint a kezelt bőr hőmérséklete emelkedik (42°C-43°C), és ez érzékelésre kerül, úgy a stabilizátor automatikusan leállítja hő kibocsátást, amíg a bőr hőmérséklete elég alacsonnyá nem válik ahhoz, hogy a stabilizátor folytassa a fűtést.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a készülék elég erősen kerül a bőrhöz hozzá nyomásra a kezelés megkezdése előtt!

4. Ellenjavallatok

Fontos biztonsági információk – Olvassa el használat előtt!

A Silk'n FaceTite™ készüléket nem használhatja bárki. A használat előtt kérjük olvassa el, és fontolja meg a következő részben lévő információkat. További információk és személyre szabott tanácsok a www.silkn.com oldalon, vagy a Silk'n™ honlapján találhatók.

- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha szívritmus szabályozója, belső defibrilátora, vagy egyéb aktív elektromos implantátum van valahol a testében.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha a kezelt területen állandó implantátuma van, úgy mint fém lemezek, és csavarok, szilikon implantátumok, vagy befecskendezett kémiai anyag.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha rákra utaló leletei, rákos állapota, vagy premalginus állapota van.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha az elmúlt 3 hónapban sugárterápiás vagy kemoterápiás kezelésben részesült.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha terhes, vagy ha szoptat.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha hőstimulácós betegség előzményei, úgy mint visszatérő Herpes Simplex-e van a kezelési területen. Ha igen, akkor ezt a kezelést, csak a profilaktikus kezelést követően lehet alkalmazni.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha nem-megfelelően kontrollált endokrin rendellenességektől, úgy mint cukorbetegség, és pajzsmirigy megbetegedések szenved.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha epilepsziában szenved.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus, stb).
  ha bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye szerint veszélyessé teheti a kezelést az Ön esetében.
- Ha az elmúlt fél évben bármilyen vényre kapható gyógyszerrel kezelték, kérjük, forduljon orvoshoz.
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha a kezelt területen bármely a következők közül előfordul, úgy mint sebek, pikkelysömör, ekcéma, és kiütések."
- Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket, ha az elmúlt három hónapban bárminemű műtéti kezelésen esett át.

5. Ne használja a Silk'n FaceTite™ készüléket:

A kiegészítők és tartozékok használatát a következő esetekben nem ajánlja a Home Skinovations Ltd..

- Ha megsérült a tápkábele vagy a dugója.
- Ha használat közben füstöt érzékel.
- Ha nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.
- Ha TERMIKUS ÉRZÉKELŐJE megrepedt vagy elromlott.
- Ha a külső burok megrepedt vagy kezd szétjönni.
- Fürdés közben, vagy ha a készülék bepárásodott, vagy nedves lett. Ha a készülék vízbe esett, akkor azonnal húzza ki azt a konnektorból.

Figyelmeztetés: A Silk'n FaceTite™ készüléket tartsa távol a víztől! Ne tegye a Silk'n FaceTite™ készüléket olyan helyre, ahonnan az beleeshet a fürdőkádba, a mosdóba, vagy a lavórba.

6. Kezdjük el!

1. 1. Vegye ki a dobozból a Silk'n FaceTite™ KÉSZÜLÉKET és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa az AC/DC adaptort a Silk'n FaceTite™ az aljzathoz.
3. Csatlakoztassa az AC/D adatort egy villamos konnektorba. Mind az öt jelzőfény egymás után ciklikusan világítani fog.
4. A készülék STBY módban van, és működésre kész.
5. Nyomja meg a KÖZPONTI GOMBOT A készülék automatikusan az 1-es teljesítmény szintre kapcsol. Egy FÉNY JELZŐ be fog kapcsolni.

Energia szintek beállítása:

- A Silk'n® FaceTite™ készülék 5 energia szintet kínál, amelyeket az 5 ENERGIA SZINT JELZŐ FÉNY jelez.
- A kiválasztott teljesítmény meghatározza, hogy a Silk'n® FaceTite™ készülék milyen intenzitású energia kerüljön a bőrére kibocsátásra.
- Az energiaszint beállításához nyomja meg a KÖZPONTI GOMBOT, ezzel az energiaszint 1 - 5 érték között növelhető, majd az 5-ös értékről 1-ig csökkenthető.
- Ha a kívánt energia szint kerül beállításra, akkor az ENERGIA SZINT JELZŐ VILÁGÍT, és jelzi a kiválasztott szintet.
- A FaceTite™ készülék készenléti módba kapcsolása a KÖZPONTI GOMB hosszú megnyomásával történik. Az öt fény ciklikusan folyamatosan fog világítani.
- Ha a kezelés közben szeretné megváltoztatni az energia szintet, akkor nyomja meg újra a gombot. Ez megváltoztatja a kezelt területen az energia szint módot, és lehetővé teszi a szükségletei szerinti különböző energia szintek használatát ugyanazon, vagy különböző területeken történő használatát.

6. A kezeléshez használatos energia szint beállítása után kenjen egy vékony réteg Silk'n sikosító gélt a kezelésre szánt területre.

Kérjük, vegye figyelembe: A sikosító gél (vagy bármely más víz-bázisú tiszta gél) elősegíti a kezelt felületen történő sima mozgatást, valamint vezetőképességet valósít meg. Ezzel biztosítva a biztonságos, és hatékony kezelést, ezért mindig a sikosító gél használatával kezdjen!

7. Nyomja a készüléket a kijelölt bőr felületre. Enyhe melegség érzete lesz. Mozgassa a készüléket finoman masszírozva, egyenes mozgásokkal a kezelni kívánt területen. Haladjon lassan, és óvatosan.

Kérjük, vegye figyelembe: Ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön, határozottan nyomja a bőrhöz!

8. A kezelés után közvetlenül használjon arc krémet, vagy maszkot.

7. Kezelési rend

Első kezelés

Keresse meg az arcfelületnek megfelelő energiaszintet:

- Néhány percen át az 1. energiafokozattal kezdje a kezelést (az utasításokat lásd alább)
- Fokozatosan növelje az energiaszintet, minden szinten végezzen néhány percnyi kezelést
- Azon a legmagasabb szinten álljon meg, ahol még kellemes érzést tapasztal
- A legjobb klinikai hatás érdekében javasolt a legmagasabb energiaszint elérése.

További kezelések:



- Kapcsolja be és állítsa a készüléket a legutolsó kellemesnek érzett energiaszintre
- Vigyen fel egy vékony réteg gélt a kezelt arcterületre
- 10 héten át hetente kétszer ismételje meg a kezelést
- A legjobb eredmény elérése érdekében minden zónát legalább 15 percig kezeljen az egyes alkalmakkor.

7.1 Kezelési folyamat zónánként

15 PERCES KEZELÉS
A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGÉRT

7.2 Kezelési folyamat



7.3 Kezelési zónák

1. HOMLOK
a szemöldökök között is
Feszesítés

2. JOBB ARC
a szem körül is
Szarkalábak kezelése és feltöltés

3. BAL ARC
a szem körül is
Szarkalábak kezelése és feltöltés

4. FELSŐ AJAK
Az orr-ajak redőt is beleértve
Feszesítés, ránctalanítás

5. ÁLL
az állkapocs vonalával
Feszesítés, formázás

6. NYAK
Elsimítás



8. A Silk'n FaceTite™ karbantartása

A Silk'n® FaceTite™ készüléket mindig a mellékelt szépségápoló tokban tartsa. A Silk'n® FaceTite™ készüléket és a HÁLÓZATI ADAPTERT száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

8.1. A Silk'n FaceTite™ tisztítása

- A tisztítás előtt húzza ki a Silk'n® FaceTite™ készüléket. Az egyes kezelések után azt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a Silk'n® FaceTite™ készüléket, különösen a KEZELÉSI FELÜLETET.
- Használjon nedvszívó papírt (úgy mint WC papír, vagy kéztörlő) a gél maradék KEZELÉSI FELÜLETRŐL történő óvatos eltávolításához.
- SOha nem merítse vízbe a Silk'n FaceTite™ készüléket, vagy annak részeit!

9. Hibaelhárítás

"A Silk'n FaceTite™ készülékem nem indul el."

- Győződjön meg róla, hogy a TÁPEGYSÉG készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a FaceTite™ készülékhez.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e fali konnektorhoz.

"A hőenergia nem kerül közvetlenül kibocsátásra, és nem éreztem hő kibocsátást a készülékből, még akkor sem ha megnyomtam a KÖZPONTI GOMBOT"

- A hő nem kerül kibocsátásra, ha a KEZELÉSI FELÜLET-hez nem ér hozzá a bőre. Ez egy a biztonságot elősegítő tulajdonság. Győződjön meg róla, hogy a készülék elég erősen kerül a bőrhöz hozzá nyomásra a kezelés megkezdése előtt.
- A hő nem távozik a KEZELÉSI FELÜLETRŐL, ha nem használ síkosító gélt, vagy az előzőleg felvitt síkosító gél kiszáradt. A síkosító gélt közvetlenül kezelés előtt kenje fel a kívánt területre.
- Soha ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk'n FaceTite™ készüléket. Csak a jogosultsággal rendelkező Silk'n™ személyzet számára engedélyezettek a javítások.
- A Silk'n FaceTite™ felnyitásának megkísérlése esetén a készülék is megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.

- Amennyiben a készülék megsérült vagy javítást igényel kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Silk'n Flash&Go™ ügyfélszolgálatával.
- Ha a Silk'n FaceTite™ készülék eléri az életciklusa végét, akkor azt a szabályoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. Kérjük, hogy a kiöregedett készüléket az Önhöz legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtő-ponton a biztonságos és hatékony ártalmatlanítás céljából adja le.

10. Ügyfélszolgálat

A Silk'n™ termékekkel kapcsolatos további információkért nyissa meg a helyi Silk'n™ weboldalt: www.silkn.eu vagy www.silkn.com.
Ha a Silk'n® termékekkel kapcsolatban segítségre van szüksége, hívja ügyfélszolgálatunkat, akik örömmel állnak rendelkezésére:
Az USE és Kanada esetében írjon e-mailt az info@silkn.com címre vagy hívja az 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) számot
Hollandia esetében írjon e-mailt a klantenservicenl@silkn.eu címre vagy hívja a : 0900-250 22 17 számot
Belgium esetében írjon e-mailt a klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu címre vagy hívja a 0900-2500 6 számot
Franciaország esetében írjon e-mailt a serviceconsommateurfr@silkn.eu vagy hívja a 0891-655 557 számot
Németország esetében írjon e-mailt a Kundenservice@inno-essentials.de címre vagy hívja a 089-51234423 számot
Spanyolország esetében írjon e-mailt a servicioalcliente@silkn.eu címre vagy hívja a 807-088 200 számot
Más országok esetében írjon e-mailt a silkn@inno-essentials.com címre vagy hívja a +31 (0)180-330 550 számot

11. Műszaki adatok

Technológia		HT™
Vörös-fény hullámhossza		620nm±20nm;
IR hullámhossza		850nm±20nm;
Rádió frekvencia		1 MHz ±30%; 12W max
Használat és biztonság		A hő stabilizátor megelőzi a bőr túlmelegedését.
Csomag mérete		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
A rendszer súlya		125gr
Hőmérséklet	Használat	10°C - 35°C
	Tárolás	-40 - +70°C
Relatív páratartalom	Használat	30 - 75%rH
	Tárolás	10 - 90%rH
Légnyomás	Használat	700 – 1060 hPa
	Tárolás	500 – 1060 hPa
Adapter		Modell: KSA24A1200150HE
Névleges		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
teljesítmény		12Vdc; 1.5A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Toate drepturile sunt rezervate.
Data tipăririi: Martie 2015.

Home Skinovations Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificaţiile pentru îmbunătăţirea performanţei, fiabilităţii sau a capacităţii de producţie. Informaţiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate precise şi fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu-şi asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licenţă nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd.
Informaţiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.
Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare şi în aşteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizaţie la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în orice înţelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd.
Specificaţiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Cuprins

1. Înainte de a începe 41
1.1 Descrierea aparatului Silk'n FaceTite™ 41
1.2. Conţinutul pachetului 41
2. Destinaţia utilizării Silk'n FaceTite™ 42
3. Utilizarea în siguranţă a Silk'n FaceTite™ 42
4. Contraindicaţii 42
5. Interdicţii de utilizare Silk'n FaceTite™ 43
6. Începeţi! 44
7. Regimul de tratament 45
7.1. Progresul tratamentului per zonă 45
7.2 Procedura de tratament 46
7.3 Zonele de tratament 46
8. Întreţinerea Silk'n FaceTite™ 47
8.1. Curăţarea Silk'n FaceTite™ 47
9. Depanare 47
10. Serviciul clienţi 48
11. Specificaţii 49
12. Etichetare 78

1. Înainte de a începe

Înaintea primei utilizări a Silk'n FaceTite™, citiți cu atenție această broşură cu instrucțiuni de utilizare în întregime şi urmăriți videoclipul de instruire Silk'n FaceTite™.
Acordați o atenție deosebită articolelor cu privire la procedeele de utilizare a aparatului, acționării aparatului, precum şi procedeelor de după utilizarea acestuia.
Vă recomandăm să recitiți această broşură cu instrucțiuni de utilizare înaintea oricărei utilizări a Silk'n FaceTite™.
Silk'n FaceTite™ este un dispozitiv electric puternic. Astfel, acesta trebuie utilizat acordând o atenție specială siguranței.
Citiți cu atenție toate avertizările şi precauțiile de siguranță şi respectați-le cu strictețe la utilizarea Silk'n FaceTite™

Nu lăsați la îndemâna copiilor!

1.1 Descrierea aparatului Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ este un dispozitiv pentru tratamente faciale anti-îmbătrânire care utilizează tehnologia HT™. Această tehnologie îmbină trei tipuri de energie: radiațiile infraroşii (IR) care acționează asupra stratului superior al pielii pentru o textură îmbunătățită, terapia cu laser de nivel energetic scăzut (LLLT) care pătrunde în derm pentru rejuvenare şi refacerea nivelului de colagen şi radiofrecvența bipolară focalizată (Bi-Polar RF) care pătrunde profund în grăsimea subcutanată pentru tonifierea țesuturilor profunde şi reducerea ridurilor

Silk'n® FaceTite are o SUPRAFAȚĂ DE TRATAMENT (1) cu trei ELECTROZI (2) şi un BUTON CENTRAL (3) cu cinci LEDURI în jur (4)



① SUPRAFAȚĂ DE TRATAMENT
② ELECTROZI
③ BUTON CENTRAL
④ LEDURI

1.2 Conținutul pachetului

La deschiderea pachetului Silk'n FaceTite™, veți găsi următoarele piese:

- Aparatul Silk'n® FaceTite™
- O sticlă de gel Slider
- Un adaptor de perete c.a./c.c.
- Prezenta broşură cu instrucțiuni de utilizare
- Un ghid rapid
- Geantă de depozitare

2. Destinația utilizării Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ este conceput pentru îmbunătățirea texturii pielii, tonifierea acesteia, refacerea nivelului de colagen şi reducerea ridurilor. Silk'n® FaceTite™ este adecvat pentru utilizare pe pomeți, frunte, bărbie, gât și zona din jurul ochilor.

Vă rugăm să rețineți: Silk'n® FaceTite™ poate fi folosit atât pentru autotratament, cât şi pentru tratamentul altor persoane

3. Utilizarea în siguranță a Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ vă protejează pielea

Silk'nFaceTite™ este dotat cu un stabilizator de căldură încorporat unic conceput să măsoare temperatura pielii și să stabilizeze energia termică emisă.

Pentru a preveni supraîncălzirea, un stabilizator termic integrat în Silk'n FaceTite™ măsoară temperatura pielii tratate în timpul şedinței de tratament. Atunci când este identificată o creştere a temperaturii la nivelul pielii tratate (42°C - 43°C), stabilizatorul va opri automat emiterea căldurii până când temperatura pielii coboară suficient de mult pentru ca stabilizatorul să-şi reia funcționarea.

Notă: Asigurați-vă că aparatul este apăsat puternic pe piele înainte de a începe tratamentul!

4. Contraindicații

Informații importante pentru siguranță – A se citi înaintea utilizării!

Silk'n FaceTite™ nu este conceput pentru toate tipurile de utilizatori. Vă rugăm să citiți şi să luați în considerare informațiile din următoarea secțiune înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare şi recomandări personalizate, vizitați www.silkn.com sau domeniul local Silk'n™.

- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă aveți un stimulator cardiac sau defibrilator intern sau orice alt implant electric activ oriunde în corp.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă aveți un implant permanent în zona tratată precum plăcuțe sau șuruburi metalice, implanturi cu silicon sau o substanță chimică injectată.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă aveți antecedente sau suferiți de cancer sau tumori precanceroase.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă ați făcut radioterapie sau chimioterapie în ultimele 3 luni.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă aveți antecedente de boli stimulate de căldură, precum Herpes Simplex recidivant în zona de tratament. În această situație puteți efectua tratamentul doar respectând un regim profilactic.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă suferiți de afecțiuni endocrine slab controlate, precum diabetul sau afecțiunile tiroidiene.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă suferiți de epilepsie
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă suferiți de o boală asociată cu fotosensibilitatea precum porfiria, erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- Dacă suferiți de orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs. tratamentul ar fi nesigur.
- În cazul în care pielea a fost tratată cu un medicament prescris de medic în ultimele 6 luni, consultați medicul.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă suferiți de o afecțiune activă în zona tratată precum plăgi, psoriazis, eczeme și erupții.
- Nu utilizați Silk'n FaceTite™ dacă ați suferit o intervenție chirurgicală în zona tratată cu 3 luni înainte de tratament.

5. Interdicții de utilizare Silk'n FaceTite™:

Cu ataşamente sau accesorii care nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.

- Dacă are un cablu sau o priză deteriorate.
- Dacă vedeți sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.
- Dacă nu funcționează corect sau dacă pare deteriorat.
- Dacă SENZORUL TERMIC este fisurat sau defect.
- Dacă carcasa este fisurată sau desfăcută.
- În timp ce faceți baie sau dacă se umezeşte sau udă. Deconectați imediat aparatul din priză dacă acesta cade în apă.

Avertisment: Țineți aparatul Silk'n FaceTite™ la distanță de apă! Nu așezați sau depozitați Silk'n FaceTite™ în locuri de unde ar putea cădea, de unde ar putea fi împins sau pus într-o cadă, chiuvetă sau orice alt recipient care să conțină apă.

6. Începeți

1. Scoateți APARATUL Silk'n FaceTite™ și celelalte componente din cutie.
2. Conectați cablul ADAPTORULUI c.a/c.c. în locașul Silk'n FaceTite™.
3. Introduceți ADAPTORUL c.a/c.c. în priză. Toate cele cinci leduri vor lumina repetat unul după celălalt.
4. Aparatul este în modul REPAUS și pregătit de funcționare.
5. Apăsați BUTONUL CENTRAL. Aparatul va porni automat la nivelul de energie 1. Se va aprinde un LED.

Setarea nivelurilor de energie:

- Silk'n® FaceTite™ oferă 5 niveluri de energie reprezentate de 5 LEDURI DE INDICARE A NIVELULUI ENERGIEI.
- Nivelul de energie selectat determină intensitatea energiei Silk'n® FaceTite™ emise către pielea dvs. Pentru a seta nivelul de energie, apăsați în mod repetat BUTONUL CENTRAL pentru a comuta între nivelurile de energie de la 1 la 5 și apoi înapoi la 1.
- Când energia dorită este setată, LEDURILE CARE INDICĂ NIVELUL DE ENERGIE vor indica nivelul ales.
- Pentru a trece FaceTite™ înapoi în modul repaus, apăsați îndelung BUTONUL CENTRAL. Toate cele cinci leduri se vor aprinde continuu.
- Dacă doriți să modificați nivelurile de energie la jumătatea tratamentului, apăsați butonul din nou.
- Acest lucru va modifica imediat modul nivelului de energie și vă va permite să tratați aceleași zone sau altele cu niveluri de energie diferite conform necesităților dvs.

6. După setarea nivelului de energie pentru tratament, aplicați un strat subțire de gel Slider Silk'n peste zona pe care doriți s-o tratați.

Vă rugăm să rețineți: Gelul Slider (sau orice alt gel transparent pe bază de apă) facilitează mișcarea suprafeței de tratament pe piele și permite conductivitatea. Pentru un tratament sigur și eficient, începeți întotdeauna cu aplicarea gelului Slider!

7. Apăsați dispozitivul pe zona de piele aleasă. Veți simți o senzație ușoară de căldură. Deplasați aparatul cu mișcări liniare de masaj pe zona pe care doriți s-o tratați. Avansați încet și atent.

Vă rugăm să rețineți: Pentru ca aparatul să funcționeze adecvat, acesta trebuie să fie aplicat ferm pe piele!

8. Imediat după tratament, aplicați o loțiune sau mască de față.

7. Regimul de tratament

Primul tratament

Găsiți nivelul de energie adecvat pentru fiecare zonă a feței:

- Începeți cu nivelul de energie 1 timp de câteva minute (consultați instrucțiunile de tratament de mai jos)
- Creșteți nivelul de energie treptat timp de câteva minute la fiecare nivel
- Opriți-vă la cel mai ridicat nivel de energie cu care vă simțiți confortabil
- Se recomandă să atingeți cel mai înalt nivel de energie pentru efect clinic maxim.

Tratamente suplimentare:

- Porniți și setați la ultimul nivel de energie confortabil
- Aplicați un strat subțire de gel pe zona facială de tratament
- Repetați de două ori pe săptămână timp de 10 săptămâni
- Pentru rezultate maxime - fiecare zonă de tratament trebuie tratată timp de cel puțin 15 minute per tratament.

7.1 Progresul tratamentului per zonă



TRATAMENT DE 15 MINUTE
PENTRU EFICIENȚĂ MAXIMĂ

7.2 Procedura de tratament

10 SĂPTĂMÂNI
PENTRU REZULTATE OPTIME

7.3 Zonele de tratament

1. FRUNTEA
inclusiv zona dintre sprâncene
Tonifiere

2. OBRAZUL DREPT
inclusiv zona din jurul ochilor
Tratamentul ridurilor fine și crearea de volum

3. OBRAZUL STÂNG
inclusiv zona din jurul ochilor
Tratamentul ridurilor fine și crearea de volum

4. BUZA SUPERIOARĂ
Inclusiv șanțul nazo-labial
Tonifiere și eliminarea ridurilor

5. BĂRBIE
inclusiv linia maxilarului
Tonifiere și modelarea în V

6. GÂT
Netezire



8. Întreținerea Silk'n FaceTite™

Depozitați întotdeauna Silk'n® FaceTite™ în geanta cu care a fost livrat. Depozitați Silk'n® FaceTite™ și ADAPTORUL DE ALIMENTARE într-un loc răcoros, uscat, care nu este la îndemâna copiilor.

8.1. Curățarea Silk'n FaceTite™

- Deconectați aparatul Silk'n® FaceTite™ de la sursa electrică înainte de a-l curăța. Este necesară curățarea aparatului Silk'n® FaceTite™ după fiecare ședință de tratament, în special a SUPRAFEȚEI DE TRATAMENT.
- Utilizați hârtie absorbantă (precum hârtie igienică sau șervețele pentru mâini) pentru a șterge ușor reziduurile de gel de pe SUPRAFAȚA DE TRATAMENT.
- Nu scufundați niciodată Silk'n FaceTite™ sau alte componente ale acestuia în apă!

9. Depanare

Aparatul Silk'n FaceTite™ nu pornește.

- Verificați dacă ADAPTORUL ELECTRIC este conectat corect la aparatul FaceTite™.
- Verificați dacă ADAPTORUL ELECTRIC este cuplat la priza din perete.

Energia termică nu este emisă iar eu nu simt nicio căldură produsă de aparat chiar dacă am apăsat BUTONUL CENTRAL

- Dacă SUPRAFAȚA DE TRATAMENT nu este aplicată pe piele, căldura nu va fi emisă. Aceasta este o caracteristică de siguranță. Asigurați-vă că aparatul este apăsat puternic pe piele înainte de a începe tratamentul.
- SUPRAFAȚA DE TRATAMENT nu va emite căldură când nu este folosit gelul slider sau gelul aplicat anterior s-a uscat. Aplicați gel slider pe zona pe care doriți s-o tratați direct înainte de tratament.
- Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul Silk'n FaceTite™. Doar personalul Silk'n™ autorizat poate efectua reperații.
  Încercarea de a demonta aparatul Silk'n FaceTite™ poate provoca pagube aparatului, ducând la anularea garanției.

- În cazul unui produs spart sau deteriorat care necesită reparaţii, vă rugăm să contactaţi Serviciul Clienți al Silk'n™.
- La încheierea duratei de viață, aparatul Silk'n FaceTite™ va fi eliminat în mod adecvat. Predați-l la cel mai apropiat punct de colectare a echipamentelor electronice, astfel încât aparatul să poată fi eliminat în condiții sigure şi eficiente.

10. Serviciul clienți

Pentru mai multe informaţii despre produsele Silk'n™ vă rugăm să vizitaţi site-ul local Silk'n™, www.silkn.eu sau www.silkn.com.
Când aveţi nevoie de ajutor legat produsele Silk'n®, puteţi contacta serviciul clienți, acesta este întotdeauna pregătit să vă ajute:
Pentru SUA și Canada trimiteți un e-mail la info@silkn.com sau apelați 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
Pentru Olanda trimiteți un e-mail la klantenservicenl@silkn.eu sau apelați: 0900-250 22 17
Pentru Belgia trimiteți un e-mail la klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu sau apelați 0900-2500 6
Pentru Franța trimiteți un e-mail la serviceconsommateurfr@silkn.eu sau apelați 0891-655 557
Pentru Germania trimiteți un e-mail la Kundenservice@inno-essentials.de sau apelați 089-51234423
Pentru Spania trimiteți un e-mail la servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
Pentru alte țări trimiteți un e-mail la silkn@inno-essentials.com sau apelați +31 (0)180-330 550

11. Specificații

Tehnologie		HT™
Lungime de undă lumină roşie		620nm±20nm;
Lungime de undă radiații infraroşii		850nm±20nm;
Radiofrecvență		1 MHz ±30%; 12 W max
Operare şi siguranță		Stabilizator termic care previne supraîncălzirea pielii
Mărimea pachetului		16,6 cm X 45,5 cm X 30,2 cm
Greutate sistem		125 g
Temperatură	Operare	Între 10°C şi 35°C
	Depozitare	Între -40 şi +70°C
Umiditate relativa	Operare	30 - 75% rH
	Depozitare	10 - 90% rH
Presiune atmosferica	Operare	700 - 1.060 hPa
	Depozitare	500 - 1.060 hPa
Adaptor		Model: KSA24A1200150HE
Nominal		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A
Ieşire		12 V c.c.; 1,5 A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Veškerá práva vyhrazena.
Datum vytištění: Březen 2015

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo provést na svých výrobcích změny nebo změnit specifikace tak, aby se zlepšil výkon, spolehlivost nebo vyrobitelnost.
Informace poskytnuté společností Skinovations Ltd. se v době, kdy jsou publikovány, považují za přesné a spolehlivé. Avšak společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za jeho použití. Není udělena licence jako důsledek nebo jiným způsobem v rámci patentu nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.
Žádná část tohoto dokumentu se nesmí za žádným účelem reprodukovat ani přenášet v žádné formě a žádnými prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez písemného povolení společnosti Home Skinovations Ltd.
Data jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.
Společnost Home Skinovations Ltd. má patenty a dosud nevyřízené žádosti o patenty, obchodní známky, autorská práva nebo další práva na duševní vlastnictví, týkající se předmětu tohoto dokumentu. Tento dokument vám neposkytuje žádnou licenci na tyto patenty, obchodní známky, autorská práva ani na žádné další duševní vlastnictví kromě toho, co je výslovně uvedeno ve veškerých písemných smlouvách se společností Home Skinovations Ltd. Specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.
Specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Obsah

1. Dříve než začnete 51
1.1 Popis přístroje Silk'n FaceTite™ 51
1.2. Obsah balení 51
2. Předpokládané použití přístroje Silk'n FaceTite™ 52
3. Bezpečnost s Silk'n FaceTite™ 52
4. Kontraindikace 52
5. Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte 53
6. Začínáme! 54
7. Režim ošetření 44
7.1. Postup ošetření jednotlivých zón 44
7.2 Postup ošetření 56
7.3 Zóny ošetření 56
8. Údržba přístroje Silk'n FaceTite™ 57
8.1. Čištění přístroje Silk'n FaceTite™ 57
9. Řešení problémů 57
10. Služby zákazníkům 58
11. Specifikace 58
12. Označení 78

1. Dříve než začnete

Než začnete poprvé používat Silk'n® FaceTite™, přečtěte si prosím celou tuto příručku pro uživatele a podívejte se na školicí video Silk'n® FaceTite™.
Věnujte pozornost obzvláště oddílu o postupech používání tohoto přístroje, použití přístroje a postupech následujících po použití.
Doporučujeme, abyste se před každým použitím znovu seznámili s příručkou pro uživatele přístroje Silk'n® FaceTite™.
Silk'n® FaceTite™ je výkonný elektrický přístroj. Jako takový by se měl používat se zvláštním ohledem na bezpečnost.
Před použitím si prosím přečtěte veškerá varování a bezpečnostní preventivní opatření a při používání přístroje Silk'n® FaceTite™je striktně dodržujte.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

1.1 Popis přístroje Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ je přístroj na ošetření pleti působící proti vráskám, který používá technologii HT™. Tato technologie kombinuje tři druhy energie: Infračervené záření (IR), které ovlivňuje horní vrstvu pokožky a zlepšuje texturu pokožky, laserovou terapii Low Level (LLLT), které se dostane do škáry a působí rejuvenaci a obnovu kolagenu a cílenou bipolární radiofrekvenční energii (Bi-Polar RF), která proniká hluboko do podkožního tuku a působí na hloubkové zpevnění tkáně a zmírnění vrásek.

Silk'n® FaceTite má OŠETŘUJÍCÍ PLOCHU (1) se třemi ELEKTRODAMI (2) a CENTRÁLNÍM TLAČÍTKEM (3) s pěti KONTROLNÍMI SVĚTLY (4)



① OŠETŘUJÍCÍ PLOCHU
② ELEKTRODAMI
③ CENTRÁLNÍM TLAČÍTKEM
④ KONTROLNÍMI SVĚTLY

1.2 Obsah balení

Po otevření balíčku se Silk'n® FaceTite™ naleznete následující části:

- Přístroj Silk'n® FaceTite™
- Lahvičku kluzného gelu
- Adaptér do zdi pro střídavý a stejnosměrný proud
- Tuto brožurku s návodem k použití
- Stručného průvodce
- Kufřík

2. Předpokládané použití přístroje Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ je určen ke zlepšení textury pleti a zpevnění pleti, obnovení kolagenu a redukci vrásek. Silk'n® FaceTite™ je vhodný pro použití na tváře, čelo, bradu, krk a oblast kolem očí.

Nezapomeňte prosím: Silk'n® FaceTite™ je určen k ošetření vlastní osoby i k ošetření druhých.

3. Bezpečnost s přístrojem Silk'n FaceTite™

Přístroj Silk'n FaceTite™ chrání vaši pokožku

Silk'nFaceTite™ je vybaven jedinečným vestavěným stabilizátorem teploty určeným k měření teploty pokožky a stabilizování vydávané tepelné energie.

Aby se předešlo přehřátí, je přístroj Silk'n FaceTite™ vybaven jedinečným vestavěným stabilizátorem tepla, který měří teplotu ošetřované pokožky při ošetřování. Jakmile zaznamená zvýšení teploty ošetřované pokožky (42°C-43°C), stabilizátor okamžitě přestane vydávat teplo do doby, než se teplota sníží, potom začne stabilizátor zase vydávat teplo.

Poznámka: Než začnete ošetřovat pokožku, zkontrolujte prosím, že přístroj pevně tlačí na pokožku!

4. Kontraindikace

Důležité bezpečnostní informace - přečtěte si před použitím!

Přístroj Silk'n FaceTite™ není určen pro každého. Před použitím si přečtěte a zvažte informace v následujícím oddíle. Další informace a adresné rady naleznete na www.silkn.com nebo na vaší místní doméně společnosti Silk'n™.

- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud máte v těle kardiostimulátor, interní defibrilátor nebo jiné aktivní elektrické zařízení.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud máte trvalý implantát na ošetřovaném místě, jako jsou kovové destičky nebo šrouby, silikonové implantáty nebo injektovanou chemickou látku.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud jste v poslední době trpěli rakovinou nebo premaligní mateřská znaménka.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud jste v posledních 3 měsících prodělali radioterapii nebo chemoterapii.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud jste někdy trpěli chorobou, stimulovanou teplem, jako je opakující se Herpes Simplex, na ošetřovaném místě. Pokud ano, můžete ošetření provádět pouze v preventivním režimu.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud trpíte špatně léčitelnými endokrinními poruchami, například diabetes nebo poruchami štítné žlázy.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud trpíte epilepsií
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud trpíte chorobou spojenou s fotosenzitivitou, jako je porfýrie, polymorfní světelná erupce, solární urtikárie, lupus atd.
- Pokud trpíte jakýmkoliv jiným onemocněním, u kterého by podle vašeho lékaře nebylo ošetření bezpečné.
- Pokud byla vaše pokožka během posledních 6 měsíců ošetřována lékem na lékařský předpis, poraďte se prosím se svým lékařem.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud máte na ošetřovaném místě nějaký problém, jako je bolák, lupénka, ekzém a vyrážka.
- Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte, pokud jste na ošetřovaném místě v posledních 3 měsících prodělali chirurgický zákrok.

5. Přístroj Silk'n FaceTite™ nepoužívejte:

S nástavci nebo příslušenstvím, které nejsou doporučeny společností Home Skinovations Ltd.

- Pokud má poškozený kabel
- Pokud při používání uvidíte nebo ucítíte kouř.
- Pokud nefunguje správně nebo se zdá, že je poškozený.
- Pokud má prasklý nebo rozbitý TEPELNÝ SENZOR.
- Pokud je vnější schránka prasklá nebo se otevírá.
- Při koupání nebo v případě, že zvlhne. Pokud spadne do vody, okamžitě jej vypněte.

Varování: Přístroj Silk'n FaceTite™ neukládejte do blízkosti vody! Přístroj Silk'n FaceTite™ nepokládejte na místa, kde by mohl spadnout, kde by mohlo dojít ke shození nebo spadnutí do umyvadla, dřezu **nebo** jiné nádoby s vodou.

6. Začínáme!

1. Vyjměte PŘÍSTROJ Silk'n FaceTite™ a další části z krabice.
2. Zasuňte kabel AC/DC ADAPTÉRU do zásuvky přístroje Silk'n FaceTite™.
3. Zasuňte AC/DC ADAPTÉR do elektrické zásuvky. Všech pět kontrolních světel se bude opakovaně jedno po druhém rozsvěcovat.
4. Přístroj je nyní v POHOTOVOSTNÍM režimu a je připraven.
5. Stiskněte CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO. Přístroj se automaticky zapne na stupeň energie 1. Rozsvítí se jedno KONTROLNÍ SVĚTLO.

Nastavení stupňů energie:

- Přístroj Silk'n® FaceTite™ nabízí 5 stupňů energie, které představuje 5 KONTROLNÍCH SVĚTEL STUPŇŮ ENERGIE.
- Zvolený stupeň energie určuje intenzitu energie, kterou přístroj Silk'n® FaceTite™ dodává pokožce.
- Chcete-li nastavit stupeň energie, stiskněte opakovaně CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO, tím se pohybujete mezi stupni energie od 1 do 5 a zpět na 1.
- Jakmile je nastavený požadovaný stupeň energie, označují KONTROLNÍ SVĚTLA INDIKÁTORU ENERGIE zvolený stupeň.
- Pokud chcete přístroj FaceTite™ vrátit do pohotovostního režimu stiskněte dlouze CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO. Všech pět světel bude postupně blikat.
- Pokud si přejete změnit stupeň energie během ošetřování, stiskněte tlačítko znovu. Tím se změní režim stupně energie a umožní ošetření stejného nebo jiného místa odlišným stupněm energie podle vašich potřeb.

6. Po nastavení stupně energie pro ošetření naneste rukou tenkou vrstvu kluzného gelu Silk'n na místo, které chcete ošetřovat.

Nezapomeňte prosím: Kluzný gel (nebo jakýkoliv jiný čirý gel na vodní bázi) usnadňuje hladký pohyb na ošetřovaném povrchu pokožky a umožňuje vodivost. Aby bylo ošetření bezpečné a účinné, vždy začněte aplikací kluzného gelu.

7. Přitiskněte přístroj k určené oblasti pokožky. Ucítíte mírný pocit tepla. Pohybujte přístrojem jemnými masážními přímými pohyby po místech, která chcete ošetřit. Postupujte pomalu a pečlivě.

Nezapomeňte prosím: Aby přístroj správně fungoval, musí být pevně přitisknutý k pokožce.

8. Po ošetření okamžitě aplikujte pleťové mléko nebo masku.

7. Režim ošetřování

První ošetření

Zjistěte nejvhodnější hladinu energie pro jednotlivé části obličeje:

- Začněte na několik minut se stupněm energie 1 (viz níže uvedené pokyny pro ošetření)
- Postupně zvyšujte stupeň energie a ošetřujte na každém stupni po dobu několika minut
- Zastavte se na nejvyšším stupni, který je vám ještě příjemný
- Pro maximální klinický účinek doporučujeme nejvyšší stupeň energie.

Další ošetření:



- Zapněte a nastavte na nejvyšší stupeň energie, který je vám příjemný
- Aplikujte tenkou vrstvu gelu na oblast obličeje, kterou budete ošetřovat
- Opakujte dvakrát týdně po dobu 10 týdnů
- Pro dosažení maximálních výsledků - každá ošetřovaná část obličeje by se měla vždy ošetřovat po dobu alespoň 15 minut.

7.1 Postup ošetření jednotlivých zón



15 MINUT OŠETŘENÍ
PRO MAXIMÁLNÍ ÚČININNOST

7.2 Postup ošetření

10 TÝDNŮ
PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

7.3 Zóny ošetření

1. ČELO
včetně oblasti mezi obočím
Zpevnění

2. PRAVÁ TVÁŘ
včetně oblasti kolem očí
Ošetření jemných linek a vytvoření objemu

3. LEVÁ TVÁŘ
včetně oblasti kolem očí
Ošetření jemných linek a vytvoření objemu

4. HORNÍ RET
Včetně nosoretní rýhy
Zpevnění a odstranění vrásek

5. BRADA
včetně spodní strany brady
Zpevnění a vytvarování do V

6. KRK
Vyhlazení



8. Údržba přístroje Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ vždy ukládejte do kufříku, v které jste jej obdrželi. Ukládete Silk'n® FaceTite™ a ADAPTÉR na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

8.1. Čištění přístroje Silk'n FaceTite™

- Před čištěním přístroj Silk'n® FaceTite™ vytáhněte ze zásuvky. Po každém ošetření je nezbytné přístroj Silk'n® FaceTite™ očistit, zejména OŠETŘUJÍCÍ PLOCHU.
- K otření OŠETŘUJÍCÍ PLOCHY od zbytků gelu použijte savý papír (jako toaletní papír nebo papírové ubrousky) a opatrně jej otřete.
- Nikdy neponořujte přístroj Silk'n FaceTite™ ani žádné jeho části do vody!

9. Řešení problémů

"Můj přístroj Silk'n FaceTite™ nejde spustit."

- Zkontrolujte, zda je ADAPTÉR správně připojený k přístroji FaceTite™.
- Zkontrolujte, zda je ADAPTÉR zapojený do elektrické zásuvky ve zdi.

"Přístroj nevydává energii a necítím teplo, které přístroj vydává, i když stisknu CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO"

- Přístroj nevydává teplo, pokud OŠETŘUJÍCÍ PLOCHA není přitisknutá na pokožku. Jedná se o bezpečnostní prvek. Dbejte na to, aby před započetím ošetření byl přístroj pevně přitisknutý na pokožku.
- Pokud se nepoužije kluzný gel, nebo dříve aplikovaný kluzný gel již zaschnul, nebude POVRCH PRO OŠETŘENÍ vyzařovat teplo. Bezprostředně před ošetřením aplikujte kluzný gel na oblast, kterou chcete ošetřovat.
- Nepokoušete se otevřít nebo opravovat přístroj Silk'n FaceTite™ . Opravy smí provádět pouze pracovník pověřený společností Silk'n.

  Pokusy otevřít přístroj Silk'n FaceTite™ může vést k poškození zařízení a zneplatnění záruky.
- Pokud je váš přístroj rozbitý nebo poškozený a potřebuje opravu, kontaktujte prosím zákaznickou službu společnosti Silk'n™.
- Když přístroj Silk'n FaceTite™ doslouží, je nutné jej řádným způsobem zlikvidovat. Uložte jej do nejbližšího sběrného místa na elektronický odpad, kde bude zajištěna bezpečná a účinná likvidace.

10. Zákaznická služba

Více informací o výrobcích Silk'n™ naleznete na místních stránkách společností Silk'n™, www.silkn.eu nebo www.silkn.com.
Pokud potřebujete rady týkající se používání výrobků Silk'n®, můžete kontaktovat zákaznické centrum; jsou vždy připraveni vám pomoci:
USA a Kanada - pošlete e-mail na info@silkn.com nebo volejte 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
Nizozemsko - pošlete e-mail na klantenservicenl@silkn.eu nebo volejte: 0900-250 22 17
Belgie - pošlete e-mail na klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu nebo volejte 0900-2500 6
Francie - pošlete e-mail na serviceconsommateurfr@silkn.eu nebo volejte 0891-655 557
Německo - pošlete e-mail to Kundenservice@inno-essentials.de nebo volejte 089-51234423
Španělsko - pošlete e-mail na servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
Ostatní země - pošlete e-mail na silkn@inno-essentials.com nebo volejte +31 (0)180-330 550

11. Specifikace

Technologie		HT™
Vlnová délka červeného světla		620nm±20nm;
Vlnová délka IR		850nm±20nm;
Radio frekvence		1 MHz ±30%; 12W max
Provoz a bezpečnost		Tepelný stabilizátor, chránící pokožku před přehřátím
Velikost balení		16,6cm X 45,5cm X 30,2cm
Váha systému		125 gr
Teplota	Provoz	10°C až 35°C
	Uložení	-40°C až +70°C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75%rH
	Uložení	10 až 90%rH
Atmosférický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Uložení	500 až 1060hPa
Adaptér		Model: KSA24A1200150HE
Jmenovitý		100-240V; 50-60Hz; 0,5A
výkon		12Vdc; 1,5A

Avtorske pravice 2011 © Home Skinovations Ltd. Vse pravice pridržane.
Datum tiska: Marec 2015

Podjetje Home Skinovations Ltd. si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd., so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd. ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne podeli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd.
Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd.
Podatki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Podjetje Home Skinovations Ltd. ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd.
Specifikacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Kazalo

1. Preden začnete 60
1.1 Opis naprave Silk'n FaceTite™ 60
1.2 Vsebina paketa 60
2. Predvidena uporaba naprave Silk'n FaceTite™ 61
3. Varnost z napravo Silk'n FaceTite™ 61
4. Kontraindikacije 61
5. Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™ 62
6. Začnimo! 63
7. Program tretiranja 64
7.1. Napredek tretiranja po območjih 64
7.2 Postopek tretiranja 65
7.3 Območja tretiranja 65
8. Vzdrževanje naprave Silk'n FaceTite™ 66
8.1 Čiščenje naprave Silk'n FaceTite™ 66
9. Odpravljanje težav 66
10. Podpora za stranke 67
11. Specifikacije 67
12. Označevanje 78

1. Preden začnete

Pred prvo uporabo naprave Silk'n FaceTite™ v celoti preberite to knjižico z navodili za uporabo in si oglejte videoposnetek z napotki za uporabo naprave Silk'n FaceTite™.
Posebno pozornost posvetite odsekom o postopkih uporabe naprave, o delovanju naprave in o postopkih po uporabi.
Priporočamo vam, da se s tem uporabniškim priročnikom seznanite pred vsako uporabo naprave Silk'n FaceTite™.
Silk'n FaceTite™ je zmogljiva električna naprava, zato bodite pri uporabi posebej pozorni na varnost.
Prosimo, da pred uporabo preberete vsa opozorila in varnostne ukrepe in da jih med uporabo naprave Silk'n FaceTite™ strogo upoštevate.

Hranite nedosegljivo otrokom!

1.1 Opis naprave Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ je naprava za tretiranje obraza proti staranju, ki za svoje delovanje uporablja tehnologijo HT™. Tehnologija združuje tri vrste energije: infrardeče sevanje (IR), ki učinkuje na zgornjo plast kože za izboljšano teksturo kože, nizoenergijsko lasersko terapijo (LLLT), ki prodre v dermis za pomladitev in obnovo kolagena, in usmerjeno bipolarno radiofrekvenčno energijo (Bi-Polar RF), ki prodre globoko v podkožno maščobo za globoko učvrstitev tkiva in zmanjšanje gubic.

Naprava Silk'n® FaceTite ima POVRŠINO SVETILA (1) s tremi ELEKTRODAMI (2) in OSREDNJI GUMB (3) s petimi KONTROLNIMI LUČKAMI (4).



① POVRŠINO SVETILA
② ELEKTRODAMI
③ OSREDNJI GUMB
④ KONTROLNIMI LUČKAMI

1.2 Vsebina paketa

Ko boste odprli škatlo z napravo Silk'n FaceTite™, boste našli naslednje sestavne dele:

- Naprava Silk'n FaceTite™
- Steklenička gela za drsenje
- Stenski adapter AC/DC
- Ta knjižica z navodili za uporabo
- Hitri vodnik
- Kozmetični kovček

2. Predvidena uporaba naprave Silk’n FaceTite™

Naprava Silk’n® FaceTite™ se uporablja za izboljšanje teksture kože, učvrstitev kože, obnovo kolagena in zmanjšanje gubic. . Naprava Silk’n® FaceTite™ je primerna za uporabo na licih, čelu, bradi, vratu in predelu okrog oči.

Opomba: Naprava Silk’n® FaceTite™ je namenjena tako za samotretiranje kot tudi za tretiranje drugih.

3. Varnost z napravo Silk’n FaceTite™

3. Varnost z napravo Silk’n FaceTite™

Naprava Silk’nFaceTite™ je opremljena z edinstvenim vgrajenim toplotnim stabilizatorjem, ki meri temperaturo kože in uravnava energijo oddane toplote.

V napravo Silk’n FaceTite™ je vgrajen edinstveni toplotni stabilizator, ki meri temperaturo tretirane kože med tretmajem ter tako preprečuje pregrevanje. Ko je zaznano povišanje temperature tretirane kože (42–43 °C), stabilizator samodejno prekine oddajanje toplote, dokler se temperatura kože ne zniža toliko, da stabilizator znova nadaljuje s segrevanjem.

Opomba: Preverite, da je naprava dobro pritisnjena ob kožo, preden začnete s tretiranjem!

4. Kontraindikacije

Pomembne varnostne informacije – Pred uporabo preberite!

Naprava Silk’n FaceTite™ ni za vsakogar. Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije v nadaljevanju. Za več informacij in osebno svetovanje lahko obiščete tudi spletno stran www.silkn.com ali vašo lokalno domeno Silk’n™.

- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate srčni spodbujevalnik, notranji defibrilator ali kateri koli aktivni električni vsadek kjer koli v telesu.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate trajni vsadek v tretiranem predelu, kot so na primer kovinske plošče in vijaki, silikonski vsadki ali injicirana kemijska snov.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate raka, anamnezo raka ali predmaligna materina znamenja.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če ste prejeli radiacijsko terapijo (obsevanje) ali kemoterapijo v zadnjih 3 mesecih.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™ v času nosečnosti in dojenja.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate bolezni, ki jih sproža toplota, v anamnezi, kot je ponavljajoči se herpes simplex na predelu tretiranja. V tem primeru lahko tretirate samo po profilaktičnem programu.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate slabo urejene bolezni endokrilnega sistema, kot so na primer sladkorna bolezen in motnje v delovanju ščitnice.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate epilepsijo.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija, lupus (kožna tuberkoloza) itd.
- Če imate katero koli drugi stanje, zaradi katerega po mnenju vašega zdravnika tretiranje ne bi bilo varno.
- Če ste uporabljali zdravniško predpisana zdravila za kožo v zadnjih 6 mesecih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če imate kakršno koli obstoječo težavo na predelu tretiranja, kot so na primer vnetje, luskavica, ekcem in izpuščaj.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™, če ste imeli kakršno koli operacijo na predelu tretiranja v zadnjih 3 mesecih pred tretiranjem.

5. Ne uporabljajte naprave Silk'n FaceTite™:

S pripomočki ali priborom, ki jih ni priporočilo podjetje Home Skinovations Ltd;

- če je kabel ali vtič poškodovan;
- če med uporabo vidite ali vohate dim;
- če naprava ne deluje pravilno ali izgleda poškodovana;
- če je TOPLOTNI SENZOR počen ali zlomljen;
- če je zunanje ohišje počeno ali se odpira;
- v kadi ali če je naprava mokra ali vlažna. Če vam je naprava padla v vodo, jo takoj izključite.

Opozorilo: Naprava Silk'n FaceTite™ hranite stran od vode! Ne postavljajte ali shranjujte je na mestih, kjer lahko pade, jo kdo potisne ali postavi v kad, korito ali drugo posodo z vodo.

6. Začnimo!

1. NAPRAVO Silk'n FaceTite™ in druge komponente vzemite iz škatle.
2. Priključite ADAPTER AC/DC v vtičnico na sistemu Silk'n FaceTite™.
3. Priključite ADAPTER AC/DC v električno vtičnico. Ena za drugo se bo večkrat vklopilo in izklopilo vseh pet kontrolnih lučk.
4. Naprava je zdaj v načinu pripravljenosti in je pripravljena za uporabo.
5. Pritisnite OSREDNJI GUMB. Naprava se bo samodejno vklopila s stopnjo energije 1. Zasvetila bo ena KONTROLNA LUČKA.

Nastavitev stopenj energije:

- Naprava Silk'n FaceTite™ omogoča 5 vrst tretiranja, ki jih označuje 5 KONTROLNIH LUČK ZA STOPNJO ENERGIJE.
- Izbrana stopnja energije določa jakost energije, ki jo naprava Silk'n® FaceTite™ oddaja na vašo kožo.
- Stopnjo energije nastavite tako, da s pritiskanjem OSREDNJEGA GUMBA preklapljate med energijami od 1 do 5 in nazaj do 1.
- Ko nastavite želeno stopnjo energije, KONTROLNE LUČKE ZA STOPNJO ENERGIJE označujejo izbrano stopnjo.
- Če želite napravo Silk'n FaceTite™ preklopiti v način pripravljenosti, pritisnite in dlje časa držite OSREDNJI GUMB. Vseh pet lučk bo sočasno zasvetilo.
- Če želite med tretiranjem spremeniti stopnje energije, znova pritisnite gumb. S tem boste lahko takoj spremenili stopnjo energije in tretirali iste ali druge predele z različnimi stopnjami energije glede na vaše potrebe.

6. Ko nastavite stopnjo energije za tretiranje, nanesite tanko plast gela Silk'n Slider Gel na področje, ki ga želite tretirati.

Opomba: Slider Gel (ali kateri koli drugi prozorni gel na vodni osnovi) olajša premikanje površine svetila po koži in omogoča prevodnost. Za varno in učinkovito tretiranje vedno začnite z nanosom gela Slider Gel!

7. Napravo pritisnite ob želeni predel kože. Morda boste začutili rahlo toploto. Napravo premikajte z nežnimi, masaži podobnimi gibi po območju, ki ga želite tretirati. Nadaljujte počasi in previdno.

Opomba: Za pravilno delovanje naprave mora biti naprava trdno pritrjena na kožo.

8. Takoj po tretiranju nanestite losjon ali masko za obraz.

7. Program tretiranja

Prvo tretiranje

Nastavite pravo stopnjo energije za vsak predel obraza:

- Najprej nekaj minut tretirajte s stopnjo energije 1 (glejte navodila za tretiranje spodaj).
- Na vsaki stopnji za nekaj minut postopoma povečujte energijo.
- Ustavite se pri največji stopnji energije, pri kateri vam je še udobno.
- Priporočamo, da za največji klinični učinek dosežete najvišjo energijo.

Nadaljnja tretiranja:



- Vklopite napravo in jo nastavite na zadnjo udobno nastavitev stopnje energije.
- Nanesite tanko plast gela na želeni predel tretiranja na obrazu.
- Ponavljajte dvakrat na teden, 10 tednov.
- Za najboljše rezultate vsak predel vsakič tretirajte najmanj 15 minut.

7.1 Napredek tretiranja po območjih



15 MINUTNO TRETIRANJE
ZA NAJVEČJO UČINKOVITOST

7.2 Postopek tretiranja

10 TEDNOV
ZA OPTIMALNE REZULTATE

7.3 Območja tretiranja

1. ČELO
vključno s predelom med obrvmi
Učvrstitev

2. DESNO LICE
vključno s predelom okoli oči
Tretiranje tankih gubic in večanje volumna

3. LEVO LICE
vključno s predelom okoli oči
Tretiranje tankih gubic in večanje volumna

4. ZGORNJA USTNICA
Vključno z nazolabialnimi gubami
Učvrstitev in glajenje gub

5. BRADA
vključno s čeljustnim lokom
Učvrstitev in glajenje v obliki črke V

6. VRAT
Glajenje



8. Vzdrževanje naprave Silk'n FaceTite™

Napravo Silk'n® FaceTite™ vedno hranite v priloženem kozmetičnem kovčku. Napravo Silk'n® FaceTite™ in NAPAJALNI KABEL hranite na hladnem in suhem mestu, nedosegljivo otrokom.

8.1. Čiščenje naprave Silk'n FaceTite™

- Pred čiščenjem izključite napravo Silk'n FaceTite™ iz omrežja. Po vsakem tretiranju je priporočeno napravo Silk'n FaceTite™ očistiti, še posebej POVRŠINO SVETILA.
- Z vpojnim papirjem (na primer toaletnim papirjem ali papirjem za brisanje rok) nežno obrišite ostanek gela s POVRŠINE SVETILA.
- Naprave Silk'n FaceTite™ ali katerih koli njenih delov nikoli ne potapljajte v vodo.

9. Odpravljanje težav

"Moj Silk'n FaceTite™ se ne vključi."

- Preverite, ali je NAPAJALNI KABEL pravilno priključen v napravo Moj Silk'n FaceTite™.
- Preverite, ali je NAPAJALNI KABEL priključen v električno vtičnico.

"Toplotna energija se ne oddaja in naprava ne oddaja nobene toplote, čeprav sem pritisnil/-a OSREDNJI GUMB"

- Toplota se ne oddaja, če POVRŠINA SVETILA ni pripeta na vašo kožo. To je varnostna funkcija. Preverite, da je naprava dobro pritisnjena ob kožo, preden začnete s tretiranjem!
- Če ne uporabljate gela za drsenje ali ste ga nanesli in se je posušil, POVRŠINA SVETILA ne bo oddajala toplote. Gel za drsenje nanesite na predel, ki ga želite tretirati, tik pred tretiranjem.
- Ne poskušajte odpirati in popravljati vaše naprave Silk'n FaceTite™. Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje podjetja Silk'n™.
- Z odpiranjem lahko napravo Silk'n FaceTite™ poškodujete in s tem izničite garancijo.
- Če je vaša naprava pokvarjena ali poškodovana in jo je treba popraviti, se obrnite na podporo za stranke podjetja Silk'n™.
- Ko naprava Silk'n FaceTite™ doseže konec življenjske dobe, jo ustrezno zavrzite. Odnesite jo v najbližji center za zbiranje elektronskih odpadkov za varno in učinkovito odstranitev.

10. Podpora za stranke

Za več informacij o izdelkih Silk'n™ obiščite lokalno spletno stran podjetja Silk'n™, www.silkn.eu ali www.silkn.com.
Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelkov Silk'n®, se obrnite na podporo za stranke:
Za ZDA in Kanado: pošljite elektronsko sporočilo na info@silkn.com ali pokličite na tel. štev. 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
Za Nizozemsko: pošljite elektronsko sporočilo na klantenservicenl@silkn.eu ali pokličite na tel. štev. 0900-250 22 17
Za Belgijo: pošljite elektronsko sporočilo na klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu ali pokličite na tel. štev. 0900-2500 6
Za Francijo: pošljite elektronsko sporočilo na serviceconsommateurfr@silkn.eu ali pokličite na tel. štev. 0891-655 557
Za Nemčijo: pošljite elektronsko sporočilo na Kundenservice@inno-essentials.de ali pokličite na tel. štev. 089-51234423
Za Španijo: pošljite elektronsko sporočilo na servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
Za druge države: pošljite elektronsko sporočilo na silkn@inno-essentials.com ali pokličite na tel. štev. +31 (0)180-330 550

11. Specifikacije

Tehnologija		HT™
Valovna dolžina rdeče svetlobe		620nm±20nm;
Valovna dolžina infrardeče svetlobe		850nm±20nm;
Radijska frekvenca		1 MHz ± 30 %; maks. 12 W
Delovanje in varnost		Toplotni stabilizator za preprečevanje pregrevanja kože
Velikost embalaže		16,6 cm x 45,5 cm x 30,2 cm
Teža sistema		125 g
Temperatura	Delovna	10 °C do 35 °C
	Skladiščenja	–40 do +70°C
Relativna vlažnost	Delovna	30 do 75 %rH
	Skladiščenja	10 do 90 %rH
Zračni tlak	Delovna	700 do 1060 hPa
	Skladiščenja	500 do 1060 hPa
Adapter		Model: KSA24A1200150HE
Nazivni		100–240 V; 50–60 Hz; 0,5A
Izhod		12 Vdc; 1,5 A

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Data wydruku: marzec 2015

Home Skinovations Ltd. zastrzega prawa do wprowadzani zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd. jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Nimenij, Home Skinovations Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.
Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd., żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
Home Skinovations Ltd. posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Treść:

1. Przed użyciem 69
1.1 Opis urządzenia Silk'n FaceTite™ 69
1.2. Zawartość opakowania 69
2. Przeznaczenie Silk'n FaceTite™ 70
3. Zasady bezpieczeństwa związane z Silk'n FaceTite™ 70
4. Przeciwwskazania 70
5. Nie używać Silk'n FaceTite™ 71
6. Rozpoczynamy! 72
7. Zasady postępowania 73
7.1. Zaawansowanie zabiegu w obszarze 73
7.2 Procedura zabiegu 74
7.3 Obszary zabiegu 74
8. Konserwacja Silk'n FaceTite™ 75
8.1. Czyszczenie Silk'n FaceTite™ 75
9. Rozwiązywanie problemów 75
10. Obsługa klienta 76
11. Specyfikacja 73
12. Oznaczenia 74

1. Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem Silk'n FaceTite™ należy zapoznać się z całą niniejszą Instrukcją Obsługi i obejrzeć film instruktażowy Silk'n FaceTite™.
Zwracać szczególną uwagę na rozdziały poświęcone procedurze korzystania z urządzenia, działaniu urządzenia oraz postępowania po użyciu.
Zalecamy przypomnienie sobie Instrukcji Obsługi przed każdym kolejnym użyciem Silk'n FaceTite™.
Silk'n FaceTite™ jest urządzeniem elektrycznym. Należy postępować z nim w właściwą uwagą i ostrożnością.
Przed użyciem proszę zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i stosować do nich bezwzględnie.

Chronić przed dziećmi

1.1 Opis urządzenia Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ to urządzenie do zabiegów przeciw starzeniu cery korzystające z technologii HT™. Technologia obejmuje trzy rodzaje energii: Promieniowanie podczerwone (IR), które oddziałuje na zewnętrzną warstwę skóry i poprawia fakturę skóry, Terapia Laserowa Niskiego Poziomu (LLLT), która sięga do dermis i odbudowuje kolagen, oraz ogniskowane, Dwubiegunowe Promieniowanie Częstości Radiowych (Bi-Polar RF), które penetruje wgłąb do podskórnej warstwy tłuszczowej w celu ujędrnienia tkanki głębokiej i redukcji zmarszczek.

Silk'n® FaceTite ma POWIERCHNIĘ ZABIEGOWĄ (1) z trzema ELEKTRODAMI (2) oraz PRZYCISK GŁÓWNY (3) z pięcioma otaczającymi DIODAMI KONTROLNYMI (4).



① POWIERCHNIĘ ZABIEGOWĄ
② ELEKTRODAMI
③ PRZYCISK GŁÓWNY
④ DIODAMI KONTROLNYMI

1.2. Zawartość opakowania

Otwierając opakowanie Silk'n FaceTite™ znajdziesz w nim:

- Urządzenie Silk'n® FaceTite™
- Butelkę żelu poślizgowego
- Zasilacz ścienny AC/DC
- Instrukcję Obsługi
- Skróconą Instrukcję
- Kwestia piękna

2. Przeznaczenie Silk'n FaceTite™

Silk'n® FaceTite™ służy do poprawiania faktury i naciągu skóry, odbudowy kolagenu i redukcji zmarszczek. Silk'n® FaceTite™ nadaje się do stosowania na policzkach czole, brodzie, szyi oraz obszarze wokół oczu.

Uwaga: Silk'n® FaceTite™ może być wykorzystywany zarówno samodzielnie jak i do prowadzenia zabiegów dla innych osób.

3. Zasady bezpieczeństwa związane z Silk'n FaceTite™

Silk'n FaceTite™ chroni Twoją skórę

Silk'nFaceTite™ ma wbudowany stabilizator termiczny dokonujący pomiaru temperatury skóry i stabilizujący wydatek ciepła urządzenia.

Aby zapobiec przegrzaniu, Silk'n FaceTite™ ma wbudowany termostat, który mierzy temperaturę skóry podczas zabiegu. W przypadku podwyższenia temperatury do (42°C-43°C), termostat przerwie nagrzewanie aż do chwili, gdy temperatura skóry spadnie do pożądanego poziomu.

Uwaga! Przed rozpoczęciem zabiegu urządzenie powinno ściśle przylegać do skóry.!

4. Przeciwwskazania

Ważne informacje bezpieczeństwa – przeczytaj przed użyciem!

Silk'n FaceTite™ nie jest przeznaczony dla każdego. Przed użyciem, proszę przeczytać i rozważyć informacje podane poniżej. W celu uzyskania dalszych informacji oraz porad skierowanych bezpośrednio do Ciebie, odwiedź stronę internetową www.silkn.com lub stronę lokalnego przedstawiciela Silk'n.

- Nie należy używać Silk'n FaceTite™ w przypadku korzystania z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego implantu elektrycznego gdziekolwiek w organizmie.
- Nie należy używać Silk'n FaceTite™ jeżeli w obszarze stosowania znajdują się jakiekolwiek implanty takie jak płytki metalowe, śruby, wkręty, implanty silikonowe i wstrzyknięte substancje chemiczne.
- Nie należy używać Silk'n FaceTite™ jeżeli pacjent ma był lub jest chory na raka, lub przebarwień/ wykwitów przedrakowych.
- Jeżeli zostałeś poddana radio- lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Nie stosować Silk'n FaceTite™ w przypadku ciąży lub karmienia piersią.
- Nie należy używać Silk'n FaceTite™ jeżeli pacjent ma historie schorzeń spowodowanych ciepłem, taki jak nawrotowa opryszczka pospolita w obszarze stosowania. W takim przypadku można stosować zabiegi pod warunkiem zastosowania środków zapobiegawczych.
- Nie należy stosować Silk'n FaceTite™ jeżeli pacjent cierpi na schorzenia hormonalne, takie jak cukrzyca lub stany tarczycowe.
- Nie stosować Silk'n FaceTite™ w przypadku epilepsji.
- Nie stosować Silk'n FaceTite™ w przypadku schorzeń związanych z czułością na światło, takich jak porfirię, osutki świetlne, pokrzywkę słoneczną, lupus (toczeń rumieniowat) etc.
- Jeżeli cierpisz na inne dolegliwości, z powodu których wedle Twojego lekarza, wykonywanie zabiegów byłoby ryzykowne.
- Jeżeli Twoja skóra była leczona przy pomocy leków na receptę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, prosimy o skonsultowanie się ze swoimi lekarzem.
- Nie stosować Silk'n FaceTite™ w przypadku schorzenia występującego w miejscu zabiegu, takiego jak otarcia, łuszczyca, wyprysk lub wysypka.
- Nie stosować Silk'n FaceTite™ w przypadku przeprowadzenia w miejscu zabiegu, zabiegów chirurgicznych w ostatnich trzech miesiącach.

5. Nie używać Silk'n FaceTite™:

Z akcesoriami lub nakładkami nie są zalecanymi przez Home Skinovations Ltd.:

- Jeśli urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
- Jeśli widzisz lub czujesz dym w trakcie eksploatacji.
- Jeśli nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na uszkodzone.
- Jeśli CZUJNIK TERMICZNY jest uszkodzony.
- Jeśli zewnętrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.
- Podczas kąpieli bądź gdy urządzenie jest wilgotne. W przypadku upuszczenia do wody natychmiast wyrwać wtyczkę z gniazdka.

Ostrzeżenie: Nie dopuszczać do kontaktu FaceTite™ z wodą. Nie przechowywać w miejscach, w którym FaceTite™ może spaść, zostać strącone, ani w jakichkolwiek pojemnikach w których może być woda.

6. Rozpoczynamy!

1. 1. Wyjmij Silk'n FaceTite™ i pozostałe elementy z opakowania.
2. Włączyć kabel zasilacza AC/CD do gniazda w Silk'n FaceTite™.
3. Włączyć zasilacz do gniazda w ścianie. Diody wskaźników powinny zaświecić się kolejno jedna po drugiej.
4. Urządzenie jest w stanie oczekiwania, gotowe do działania.
5. Przycisnąć PRZYCISK GŁÓWNY. Urządzenie powinno automatycznie ustawić się na poziom energii 1. Zaświeci się jedna DIODA .

Ustawianie Poziomów Energii:

- Silk'n® FaceTite™ ma pięć poziomów energii wskazywanych przez 5 DIOD WSKAŹNIKOWYCH ENERGII.
- Wybrany poziom energii określa natężenia działania Silk'n® FaceTite™ i ilość energii przekazywanej do skóry.
- Aby ustawić poziom energii nacisnąć PRZYCISK GŁÓWNY kilkakrotnie, za każdym razem podwyższa poziom energii aż do 5, gdy cykl się zamyka i kolejny poziom to 1.
- Po ustawieniu poziomu energii zapali się DIODA WSKAZUJĄCA POZIOM ENERGII.
- Aby wyłączyć FaceTite™ do trybu oczekiwania przycisnąć PRZYCISK GŁÓWNY przez dłuższą chwilę. Wszystkie diody będą świeciły po kolei.
- Aby zmienić poziom energii nacisnąć ponownie przycisk. Zmiana poziomu energii następuje natychmiast, co umożliwia właściwe traktowanie różnych części ciała, zgodnie z potrzebami.

6. Po ustawieniu poziomu energii w miejscu poddawanym terapii rozetrzeć na skórze cienką warstwę Żelu Poślizgowego Silk'n.

Uwaga: Żel Poślizgowy (bądź dowolny inny żel wodny) umożliwia gładkie przesuwanie urządzenia po powierzchni skóry i umożliwia przewodnictwo. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne zabiegi, należy stosować Żel Poślizgowy.

7. Docisnąć urządzenie do wybranego obszaru skóry. Da się odczuć wrażenie ciepła. Przesuwać urządzenie i delikatnie masować posuwistymi ruchami obszar poddawany terapii. Posuwać się powoli i ostrożnie.

Uwaga: Aby urządzenie działało właściwie, musi ściśle przylegać do skóry.

8. Po zabiegu natychmiast zastosować krem do twarzy lub maseczkę.

7. Zasady postępowania

Pierwszy zabieg

Ustawić właściwy poziom energii dla każdego obszaru twarzy:

- Rozpocząć do poziomu 1 przez kilka minut (por. instrukcję zabiegu poniżej)
- Stopniowo podnosić poziom energii na kilka minut każdego poziomu.
- Nie przekraczać najwyższego poziomu, przy którym czujemy się komfortowo.
- Dla uzyskania maksimum efektywności klinicznej zaleca się osiąganie najwyższego poziomu.

Dalsze zabiegi:



- Włączyć i ustawić pożądany poziom energii
- Nałożyć cienką warstwę żelu do zabiegu na twarzy
- Powtarzać dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni
- Najlepsze wyniki osiąga się gdy każdy obszar jest poddawany 15 minutowemu zabiegowi.

7.1 Zaawansowanie zabiegu w obszarze



15 ZABIEG
PIĘTNASTOMINUTOWY
DLA MAKSIMUM EFEKTU

7.2 Procedura zabiegu

10 TYGODNI
DLA OPTYMALNYCH SKUTKÓW

7.3 Obszary zabiegu

1. CZOŁO
w tym pomiędzy brwiami
Naciąganie

2. PRAWY POLICZEK
i dokoła oczu
Wygładzanie zmarszczek cienkich i budowa tkanki

3. LEWY POLICZEK
i dokoła oczu
Wygładzanie zmarszczek cienkich i budowa tkanki

4. GÓRNA WARGA
Oraz bruzda nosowo wargowa
Naciąganie i usuwanie zmarszczek

5. SZCZĘKA
i obrys żuchwy
Naciąganie i kształtowanie w V

6. SZYJA
Wygładzanie



8. Konserwacja Silk'n FaceTite™

Przechowywać Silk'n® FaceTite™ w pudełku w którym urządzenie zostało dostarczone. Urządzenie Silk'n® FaceTite™ i zasilacz powinny być przechowywane chłodnym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

8.1. Czyszczenie Silk'n FaceTite™

- Przed czyszczeniem odłączyć Silk'n FaceTite™ od źródła zasilania. Po każdej sesji depilacji zaleca się czyszczenie urządzenia Silk'n FaceTite™, w szczególności POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ.
- Pozostałości żelu na POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ usunąć za pomocą ręcznika papierowego lub papieru toaletowego.
- Nigdy nie zanurzać Silk'n FaceTite™ ani żadnych jego części w wodzie!.

9. Rozwiązywanie problemów

„Mój Silk'n FaceTite™ nie włącza się."

- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do urządzenia FaceTite™.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego na ścianie.

"Energia cieplna nie jest wyzwalana i nie odczuwam ciepła emitowanego przez urządzenie nawet po naciśnięciu PRZYCISKU GŁÓWNEGO"

- Ciepło nie będzie emitowane jeżeli POWIERZCHNIA ZABIEGOWA nie zostanie przyłożona do skóry. Jest to związane z bezpieczeństwem użytkowania. Przed rozpoczęciem zabiegu urządzenie powinno ściśle przylegać do skóry.
- Obszar zabiegu nie będzie odprowadzał ciepła, jeżeli nie zastosuje się żelu poślizgowego, bądź uprzednio zastosowany żel wyschnie. Żel poślizgowy należy nałożyć na każdy obszar bezpośrednio przed zabiegiem.
- Nie próbuj demontować lub naprawiać samodzielnie Silk'n FaceTite™ Tylko osoby uprawnione przez Silk'n™ mogą dokonywać napraw.
- Próba otwierania Silk'n FaceTite™ może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

- Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta Silk'n, jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub w przypadku konieczności naprawy.
- Po zakończeniu cyklu życiowego Silk'n FaceTite™ urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z przepisami. Należy je oddać do najbliższego punktu zbierającego odpady elektroniczne.

10. Obsługa klienta

Szczegółowe informacje o produktach Silk'n™ można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Silk'n™, www.silkn.eu lub www.silkn.com.
Pomoc w użyciu produktów Silk'n® można uzyskać w naszej obsłudze klienta: zawsze chętnie pomagamy:
Dla USA i Kanady e-mail info@silkn.com lub telefon 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556)
Holandia e-mail: klantenservicenl@silkn.eu lub tel :` 0900-250 22 17
Belgia e-mail : klantenservicebe@silkn.eu, serviceconsommateurbe@silkn.eu lub tel: 0900-2500 6
Francja e-mail: serviceconsommateurfr@silkn.eu lub tel: 0891-655 557
Niemcy e-mail: Kundenservice@inno-essentials.de lub tel: 089-51234423
Hiszpania e-mail: servicioalcliente@silkn.eu 807-088 200
Inne państwa: e-mail silkn@inno-essentials.com lub tel: +31 (0)180-330 550

11. Specyfikacja

Technologia		HT™
Częstość widzialna czerwona		620nm±20nm;
Częstość podczerwona		850nm±20nm;
Częstość radiowa		1 MHz ±30%; 12W max
Obsługa i bezpieczeństwo		Termostat zapobiegający przegrzaniu skóry
Rozmiar opakowania		16.6cm X 45.5cm X 30.2cm
Waga systemu		125gr
Temperatura	Obsługa	Od 10°C do 35°C
	Przechowywanie	-40 do +70°C
Względna wilgotność	Obsługa	30 do 75%rH
	Przechowywanie	10 do 90%rH
Ciśnienie atmosferyczne	Obsługa	700 do 1060hPa
	Przechowywanie	500 do 1060hPa
Zasilacz		Model: KSA24A1200150HE
Cechy		100-240V; 50-60Hz; 0.5A
Moc wyjściowa		12Vdc; 1.5A

12. Labeling

Class II equipment

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Do not use this appliance in a wet surrounding

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.